



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304484691  
Konu : Teklife Davet

09.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM SARF MALZEME (SPİNAL İĞNE) ALIM İŞİ 4734** sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17/02/2026** tarih ve saat **10:00**'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SPİNAL İĞNE ,QUINCKE UÇLU,25 G90(+2)MM	ADET	250		
2	SPİNAL İĞNE ,QUINCKE UÇLU,26 G ,90(+2)MM	ADET	250		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

UYGUNDUR  
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK  
Başhekim

NOTLAR

- 1- Vereceğimiz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3- Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- 4- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6- Ödemeler 150 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- 11- Kısmi tekliflere KAPALIDIR..

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:[ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Belge doğrulama kodu: DF5C2506-1DC C-4211-8533-8B77F194610E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta : [info@dogubayazitdh.saglik.gov.tr](mailto:info@dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



## SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Spinalanestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Spinal iğne Quincke(keskin ) uçlu olmalıdır. 3. Spinal iğnenin klavuzlu veyaklavuzsuz çeşitleri olmalıdır 4. Spinal iğne çapı en az 18G, uzunluğu en az 25mm olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	5. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 6. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir. 7. Spinal iğnenin ponksiyon kontrolü için şeffaf hub veya bos indikatörü bağlantısı olmalıdır. 8. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatlı, olmalıdır. 9. Spinal iğne şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır. 10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 11. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli, kıvrılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır. 12. Spinal iğne mandreni iğne içerisine tam oturmalı, keskin tarafta boşluk olmamalıdır. 13. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 16. 1 (Bir) adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır. Nihai karar numune denendikten sonra verilecektir.

Cozülhan Demir  
152 152 7640  
152 152 7640

Mehmet TUNÇ  
F. 07261

M. Baran Öncü