



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304487493
Konu : Teklife Davet

09.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **200 ADET ASPİRASYON TORBASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/02/2026 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPİRASYON TORBASI 2000 ML	ADET	200		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- Verdiğimiz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Ahemenlik kabul edilmeyecektir.
- Ölçümler 150 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimini hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklife birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firmaların yokluğu maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Dünya Sağlık Örgütü Elektronik Kimlik Numarası: 02E06558-B0E1-4D32-B5DA-D292BF2026B6

Belge doğrulama kodu: 02E06558-B0E1-4D32-B5DA-D292BF2026B6

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No: 04723125447
e-Posta Adresi: dogubayazit@il.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit@il.saglik.gov.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



ASPIRASYON TORBASI 2000CC

1. Torbalar dikişsiz ve yekpare olmalıdır.
2. Torba hammaddesi flexible (esnek) PE olup, kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0,30 mm olmalıdır.
3. Torbalar 2000 ve hacimde olmalıdır.
4. Torba üzerinde birbirinden farklı çaplarda hasta, vakum, tandem (seri bağlantı) ve numune alma portları bulunmalı ve bu portları işlem sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır.
5. Torbanın vakum kaynağı, torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır. Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliğine de sahip olmalıdır, porların genişliği 0.2µm olduğu belgelendirilmelidir.
6. Torbanın hasta bağlantı portunun altında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen 'anti reflü valf' bulunmalıdır.
7. Torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.
8. Hasta bağlantı hortumu en az 180 cm olmalıdır. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere 'kapkonkonnektör' bulunmalıdır.
9. Hasta için kullanılan aspirasyon hortumunun kullanılmadığı zamanlarda yere değmemesi için takılabileceği bir bölüm olmalıdır.
10. Ürün, birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
11. Aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kaçmaması için ikinci bir emniyet olarak her sistem adeti kadar aspirasyon sistem filtresi verilmelidir.
12. Kanister buhar otoklavına girdiğinde yazıların silinmemesi ve çıkmaması gerekmektedir.
13. Kanister, kırışmaya dirençli 121⁰c de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
14. Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
15. Aspirasyon torbaları, ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanımına uygun olacak şekilde 2'li veya 4'lü mobil arabalarda kullanılabilir. Mobil araba üzerinde vakummetre göstergesi bulunmalıdır.
16. Yoğun bakım ve servislerde duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
17. Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
18. Torbalara, hastanenin özel isteği doğrultusunda ilave materyaller olarak (köpük önleyici, jelleştirici ve dezenfektan) eklenebilir.
19. Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
20. Ürün miatien az 3 yıl olmalıdır.
21. Üretici firma, ürüne ait NotifiedBody'den alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.
22. Torbalar ile birlikte sağlık tesislerimizel 50 adet kanister bedelsiz verilecektir.
23. Kanister buhar otoklavına girdiğinde yazıların silinmemesi ve çıkmaması gerekmektedir.
24. Kanister, kırışmaya dirençli 121⁰c de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
25. Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
26. Yoğun bakım ve servislerde duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.

Ecz. İnan BEŞİR
Dip. No: 2017/...
Tescil No: ...

Mehmet TUNÇ
Tescil No: ...

Olgun İsten
[Signature]

27. Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
28. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Mehmet TUNÇ
Eczacı

ETB MÜHÜRÜ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
T.C. SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Olgun Ate