

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.02.2026

Sayı: 135

Konu: PARMAK TİPİ SPO2 CİHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPO2 CİHAZI ÇİMPROBU PARMAK YETİŞKİN			25	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PARMAK TİPİ SPO2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazda yüksek kalite OLED ekran bulunmalıdır.
2. En iyi kalitede olmalıdır.
3. Hafif, kompakt ve taşınabilir yapısıyla, hastane, acil servis, ambulans ve evde bakım gibi ünitelerde tüm yetişkin ve çocuk hasta gruplarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. SpO2 ve Solunum Hızı parametrelerini ölçmekte, ekran takibi kolay yapabilmek için dönmekte, iki adet AA pille çalışma yapabilmelidir.
5. Parmak tipi, pilli, darbelere dayanıklı yapı olmalıdır.
6. Yüksek hassasiyetli ölçüm doğruluğu %SpO2 oranı, Nabız, Dalga formu, Dolaşım indeksi ölçebilme Renkli OLED ekranlı 28 gram ağırlığında olmalıdır.
7. 6 farklı izleme ekran konfigürasyonu olmalıdır.
8. Otomatik kapanma olmalıdır. Pil seviyesi izleyebilme olmalıdır.
9. CE belgeli, Garantili, Sağlık Bakanlığı Onaylı Batarya takip indikatörü bulunmalıdır. Parmak nabız oksimetresi, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) 5 saniyede doğru bir şekilde belirlemek için en son oksijen sensörü teknolojisini kullanmalıdır.
10. Ölçüm aralığı ± 2 doğrulukla %70 – %99' olmalıdır.
11. Parmak nabız oksimetresi her parmağa sığabilmeli ve tek tuşla çalışabilmelidir.
12. Düşük veya yüksek oksijen seviyesini ve hızlı veya yavaş kalp atış hızını belirtmek için bir alarm bip sesi çıkarabilmelidir.
13. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.
14. Cihazın TITUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.
15. Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

Betül SAKSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendis

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Seçil ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

F. rak DURAK
Jhs