

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 137  
Konu: 30 ADET TAHLİYE SEDYESİ ALIMI

10.02.2026

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA TAŞIMA SEDYESİ			30	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TAHLİYE SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL ÖZELLİKLERİ:

1. Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Bir kullanıcı tarafından kısa sürede kurulacak şekilde açılır kapanır yapıda tasarlanmış olmalıdır.
3. Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
4. Minder kısmı ve koruyucu kılıf alev yürütmez kumaş malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Üzerinde "Tahliye Sedyesi" olduğu anlaşılacak şekilde yazılı ibare olmalıdır.
6. Tahliyeyi güvenli sağlamak için en az 2 adet sedye kemeri olmalıdır.
7. Düz zeminde 4 tekerlekli sandalye işlemi de görmelidir.
8. Merdivenlerde indirileceği zaman arka kısmındaki teker mekanizması piston yardımıyla itilerek kapatılabilir yapıda olmalıdır.
9. Merdivenlerden tek kişi tarafından hızlı ve pratik bir şekilde indirmek için kauçuk paletleri olmalıdır.
10. Ambalaj içeriğinde, her bir ürünle beraber, duvara askı aparatı, ürünün muhafazası için koruyucu kılıf, yönlendirme tabelası, tabela şeklinde duvara asılabilen görsel içerikli ürün kullanım talimatı bulunmalıdır.
11. Satıcı firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki belgesi olmalıdır.
12. Ürünün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.
13. Ürün üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
14. Ürün üzerinde marka model ve seri no bilgileri bulunmalıdır.

Beül SANSIK  
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalite Yönetim Birim Çalışanı  
Nurten Kaya

T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalite Yönetim Birim Çalışanı  
Şeymanur AKGÜN TÜFEKÇİ