

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.02.2026

Sayı: 144

Konu: 4D MESH YARI EMİLEBİLİR PARYETEL TAKVİYE İMPLANTI SAĞ-SOL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) SAĞ 10(±2)X15(±2)CM			10	Adet		
2	ANATOMİK KISMİ EMİLEBİLEN POLİPROPİLEN + POLİ-L-LAKTİK ASİT MEŞ (MESH) SOL 10(±2)X15(±2)CM			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:


•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## 4D MESH LAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orjinal ambalajında ve steril olmalıdır
2. Laparoskopik inguinal fitik onarımlarında kullanılmalıdır.
3. Monofilament polypropylene ( pp ) % 25 + monofilament poly-1 lactic asit ( plla ) % 75 kombinasyonlarından oluşmalıdır.
4. % 75 lik monofilament poly-1 lactic asit ( plla ) kısmı 180 gün içinde vücuttan atılmalıdır
5. Ağırlığı emilim öncesi  $120 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> , emilim sonrası  $30 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> olmalıdır.
6. Kalınlığı emilim öncesinde  $0.8 \pm 0.15$  mm , emilim sonrasında  $0.25 \pm 0.05$  mm olmalıdır.
7. Gözenek boyutu, doku gelişimini artırmak amacıyla yaklaşık olarak dikey 3-4 mm, yatay 1.5-2 mm olmalıdır.
8. Sağ ve sol anatomi için ayrı ayrı tasarlanmalıdır.
9. Medial bölgeyi belirtilen bir işaret ve sperm kordonuna denk gelecek bir bombe yapısını sahip olmalıdır.
10. Tüm cerrahi teknikler için kullanılabilir olmalıdır
11. Monofilament yapısı sayesinde enfeksiyon oluşumu riskini azaltmalıdır.
12. Anatomiye uygun olarak tasarlanmalı ve anatomik olarak adepte edilmiş esnekliğe sahip olmalıdır.
13. Ce,iso gibi uluslararası standart belgelerinden birisine sahip olmalıdır.
14. Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır
15. İstenildiği takdirde gerilme yapmadan ve dağılmadan kesilebilmelidir
16. 10.5x14 cm ve 12x15 cm ebatlarında olmalıdır.

  
Dr. Öğt. Üyesi Harun EAYRAM  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Teş. No. 148493  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Uzm. Dr. Tutku TÜRKÇİ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Teş. No. 207205