



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-305653944
Konu : Teklife Davet

19.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ACİL SERVİSİMİZDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET YÜZÜK KESME MAKASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/ D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/03/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YÜZÜK KESME MAKASI	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OPR.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün ÜBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 1CCEFFCCD-0368-4DF3-BEED-4768EA85B262

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Keş Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



MANUEL YÜZÜK KESİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1: Alet manuel mekanizmalı olmalıdır,elektik veya batarya gerektirmemelidir.
- 2: Paslanmaz çelikten(en az AISI 304 veya 316 kalite) imal edilmelidir.
- 3: Kesici kısmı serbest döner yapıda hasta güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanmış ve çelik,altın,gümüş ve benzeri metal yüzükleri kesebilecek sertlikte olmalıdır.
- 4: Alet otoklavda 134*C'de sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 5: Alet tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- 6: Aletin kesici serbest dönen kısmı haricinde kalan yerler keskin olmamalıdır.
- 7: Aletin toplam uzunluğu en az 140mm ,en fazla 180mm olacaktır.
- 8: Ele kavranan tutma kısmının uzunluğu en az 90mm,en fazla 120mm olacaktır.
- 9: Ağırlığı kullanımı zorlaştırmayacak şekilde olmalıdır.
- 10: Kesici disk çapı en az 18mm,en fazla 25mm olacaktır.
- 11:Tutma kısımları kullanım sırasında kaymayı önleyici tasarıma sahip olmalıdır.
- 12: İhtiyaç halinde yedek parça desteği sağlanmalıdır.
- 13: İhaleye katılacak firmaların deneme amaçlı örnek ürün göndermesi gerekmektedir,şartnamedeki istenilen standartları karşılamayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İSTENİLEN ÜRÜN	ADET
MANUEL YÜZÜK KESİCİ CERRAHİ ALET	2

Acil servis jenereli hemşire

Behçet KARAYICI



İnan BİNGİÇ



T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Acil Tıp Uzmanı
Uzm.Dr.Tunahan ATEŞ
Dip.Tes.No: 200551