

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.02.2026

Sayı: 160  
Konu: 15 ADET PERÜKTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ (PEG) KİTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Perkütan Beslenme Tüpü Ve Gastrostomi Kateter Seti, Full Set, No:20			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ(PEG) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pull teknik yöntemiyle takılmaya uygun olmalıdır.
2. Perkütan endoskopik olarak takılacak şekilde olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. Çıkarılması esnasında endoskopiye ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Sıvı gıdaların mideye verilmesine uygun ve kilitlenebilir bir lümeni olmalıdır.
6. Şeffaf slikondan veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Tüp üzerinde en geniş 3-4 cm aralıklarla işaretlenmiş seviyeler olmalıdır
8. Mide içi sabitleyicisi yumuşak ve sindirime dayanıklı olmalıdır.
9. Stoma bölgesinde hareket ettirilebilir dış destek olmalıdır.
10. Ulusal ve uluslararası kalite kontrol belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
11. Teslim tarihindeki son kullanım tarihi en erken 1 yıl sonrasına ait olmalıdır.
12. Bir adet numune gönderilmelidir.
13. Set içinde aşağıda ki malzemeler bulunmalıdır.
  - 18F-20F-22F peg katateri
  - Cilt sabitleme diski
  - 10-18 G seldirger iğne
  - Slikon dirsek
  - En az 130 cm kılavuz tel
  - Y adaptör (belus ve sürekli besleme için uygun olmalıdır.)
  - Bir saplı bistüri
  - Delikli örtü
  - Makas
  - Klemp
  - Spanç
  - Enjektör

Rüfistan SŞİROĞAN  
Endoskopi Sorumlu Hemşiresi

Dr. Tamer KARAR