

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.02.2026

Sayı: 167
Konu: 7 ADET PORTEGÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PORTEGÜ			7	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PORTEGÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1. Ürün paslanmaz, medikal kalite paslanmaz çelikten (AISI 410, 420 veya muadili) imal edilmiş olmalıdır.
- 2.2. Korozyona dayanıklı olmalı, sterilizasyon işlemlerinden (otoklav vb.) etkilenmemelidir.
- 2.3. Ürün CE belgeli olmalı ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
- 2.4. Ürün üzerinde üretici firma adı veya logosu bulunmalıdır.
- 2.5. Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3.1. Portegü uzunluğu 16 cm olmalıdır.
- 3.2. Uç kısmı iğneyi kavramaya uygun, kaymayı önleyici çapraz tırtıklı yapıda olmalıdır.
- 3.3. Kilit mekanizması (mandal sistemi) sağlam, kolay açılıp kapanabilir ve güvenli olmalıdır.
- 3.4. İğneyi sabit tutmalı, kullanım sırasında gevşeme yapmamalıdır.
- 3.5. El ergonomisine uygun olmalı, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlamalıdır.

4. TESLİM VE GARANTİ

- 4.1. Ürünler eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmelidir.
- 4.2. Üretim ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 4.3. Teslim sırasında uygunluk kontrolü yapılacak olup şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR

- 5.1. İdare gerekli gördüğü takdirde numune isteyebilir.

Sor. Ebe
Betül YILMAZ
Ebe

Ebe
Rinisa
YANAN
Ebe