

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.02.2026

Sayı: 170

Konu: PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN ASETON VE HCL ( 0,1 N ) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.02.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASETON			2	Litre		
2	HCL (0,1N) (HİDROKLORİK ASİT ÇELTİSİ)			1,50	LİTRE		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ASETON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Berrak, temiz, renksiz, tortusuz olmalıdır
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
3. 0,5 veya 1 litrelik plastik ya da cam şişelerde olmalıdır.
4. Ürünün üzerinde analiz bilgileri bulunmalıdır.
5. Şişelerin kapakları sızdırmaz olmalıdır.
6. Ürün kullanım süresi, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

## Hidroklorik Asit (HCL) Teknik Şartnamesi

1. Molekül formülü: HCl
2. Ürün saflığı en az % 37 olmalıdır.
3. 0,5 veya 1 L'lik ambalajda olmalıdır.
4. Yoğunluğu 1.18 g/cm<sup>3</sup> olmalıdır.
5. Molekül kütlesi 36.46 g/mol olmalıdır.
6. Renksiz, tortusuz, berrak olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az 18ay olmalıdır

Yokup ARAY  
Pot. Tık  
ZAS



Uzm. Dr. Erhan EKREN  
Dış Tes. No 166519