

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2026

Sayı: 192

Konu: ONKOLOJİ BİRİMİ İÇİN ENJEKTÖR KİLİTLİ 21G 20 ML ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENJEKTÖR KİLİTLİ VİDALI 21G ÜÇ PARÇALI YEŞİL 20 ML DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			2400	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT2095 ENJEKTÖR, KİLİTLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Enjektörler vücut sıvılarının aspirasyonunda veya vücuda verilecek sıvı ilaçların enjeksiyonunda kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Paket içinde veya iğne ucu harici olarak verilmek üzere 1 enjektör, iğne ucu ve koruyucu kılıf olarak 3 parçadan oluşmalıdır. 3. Enjektör ve iğne ucu koruyucu kılıf içinde nontoksik PVC veya Polipropilen (PP) / Polietilen (PE)'den yapılmış olmalıdır. 4. İğne uçları 21G olarak Yeşil olmalıdır. 5. Enjektör 20ML olmalıdır. 6. Enjektör "luerli" kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	7. İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır. 8. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uyumlu, özellikle ajutajı perfizörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir. 9. Enjektör üzerinde cc ve diziyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve ıslanıldığında silinmemelidir. 10. Enjektör cc ve diziyem çizgileri 0' dan başlamalıdır. 11. Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünler orijinal ve tek kullanımlık paketlerde steril olmalıdır. 13. Bir adet numune gönderilmelidir.

Orhan BEKÇİ
A

XİGÖZ İNCE
A