

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.03.2026

Sayı: 198

Konu: HASTABAŞI MONİTÖRÜ POWER SUPPLY VE ANA EKРАН ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI - POWER SUPPLY			2	Adet		
2	TIBBİ MONİTÖR KONTROL PANELİ TFT - LCD EKРАН 12 İNÇ			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:


**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Power supply BLT marka Q5 model cihazına uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan Power supply BLT marka Q5 hastabaşı monitörü cihazının orijinal parçası olmalıdır.
3. Alınacak Power supply orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen power supply kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici power supply firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
4. Kullanılacak olan Power supply 6 ay süre ile garantili olacaktır.
5. Alınacak olan power supply ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Cihazdan power supply ile bağlantı olmalıdır.
7. Orijinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.

  
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu  
**Fırat DURAK**


  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Sedat ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

  
Betül SANSIK  
Biyomedikal Sorumlusu

## ANA EKРАН TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ana ekran BLT marka Q5 model cihazına uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan Ana ekran BLT marka Q5 hastabaşı monitörü cihazının orijinal parçası olmalıdır.
3. Alınacak Ana ekran orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen Ana ekran kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici Ana ekran firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
4. Kullanılacak olan Ana ekran 6 ay süre ile garantili olacaktır.
5. Alınacak olan Ana ekran ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Cihazdan Ana ekran ile bağlantı olmalıdır.
7. Orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.

  
AĞRI Eğitim Araştırma Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu  
Firat DURAK

  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Sedat ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

  
Batül SAĞLIK  
Biyomedikal Yüksek Uzmanı