

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.03.2026

Sayı: 201

Konu: HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet FAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD			20	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ÇOKLU PARAMETRE MODÜL BAĞLANTI KABLOSU			20	Adet		
3	SPO2 KABLOSU			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HASTABAŐI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. BLT marka Q5 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklılı olmalıdır.
3. Orijinal olmalıdır.
4. Numune gönderebilecektir.
5. Ürün test aşamasında 15 gün boyunca denenecektir.
6. Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
7. EKG uç kabloları kısaç tipli olmalıdır.
8. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı, kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır.
9. BLT marka Q5 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
10. EKG kablosu Reusable olmalıdır.
11. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Betül SİRİSKİ
Biyomedikal Yüksek M...

HASTABAŐI MONİTÖRÜ SPO2 ARA BAĐLANTI KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. BLT marka Q5 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Orijinal olmalıdır
3. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Numune gönderilebilecektir.Ürün test aşamasında 15 gün denenecektir.
5. Parmak probu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı,kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
6. Ara bağlantı kablosu,Hastabaşı monitöre birebir uymalıdır.
7. Ara bağlantı kablosu proba ve hastabaşı monitöre takıldığında cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalıdır
8. BLT marka Q5 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

AĐRI EĐİTİM VE ARAŐTIRMA Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fatma DURAK

AĐRI EĐİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ
Sevket CETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Bezmî SAMSUNLU
Biyomedikal Yüksek Kurum Başkanı

HASTABAŐI MONİTÖRÜ SPO2 PARMAC PROBU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. BLT marka Q5 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. BLT marka Q5 model cihazın orijinal parmak probu olmalıdır.
3. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Numune gönderebilecektir.Ürün test aşamasında 15 gün boyunca denenecektir.
5. Parmak probu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı,kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
6. Prob, ara bağlantı kablosu ile birebir uymalıdır.
7. Prob cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalı.
8. BLT marka Q5 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
9. Prob kablosu Reusable olmalıdır.
10. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

AđRI EđİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ
Biyomedikal Sınımlusu
Firat DUTAK

AđRI EđİTİM VE ARAŐTIRMA HASTANESİ
Sedat CETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Beđi SARPISLI
Biyomedikal Yönetim Uzmanı