

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.03.2026

Sayı: 202

Konu: HASTA MONİTÖRÜ MODÜL KARTI VE ANA KART ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ELEKTRONİK DEVRE KARTI NIBP- MODÜL KARTI			2	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ELEKTRONİK DEVRE KARTI ANA KART			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MODÜL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Modül kartı BLT marka M9500 model cihazına uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan Modül kartı BLT marka M9500 hastabaşı monitörü cihazının orijinal parçası olmalıdır.
3. Alınacak Power Modül kartı orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen Modül kartı kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici Modül kartı firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
4. Kullanılacak olan Modül kartı 6 ay süre ile garantili olacaktır.
5. Alınacak olan Modül kartı ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Cihazdan Modül kartı ile bağlantı olmalıdır.
7. Orijinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.

Betül SARAY
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknisyeni


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Seydi ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

ANA KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ana kart BLT marka M9500 model cihazına uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan Ana kart BLT marka M9500 hastabaşı monitörü cihazının orijinal parçası olmalıdır.
3. Alınacak Ana kartı orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen Modül kartı kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici Ana kartı firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
4. Kullanılacak olan Ana kartı 6 ay süre ile garantili olacaktır.
5. Alınacak olan Ana kartı ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Cihazdan Ana kartı ile bağlantı olmalıdır.
7. Orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.


Betül SARIOĞLU
Biyomedikal Teknik Mühendisi


Erat DÜLĞAK
Biyomedikal Sorumlusu
Erat DÜLĞAK


AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri