

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.03.2026

Sayı: 211

Konu: TEK LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 3,5F ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEK LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 3.5F 35-40CM-PVC			15	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

### 3.5 FR TEK LÜMENLİ PUR UMBİLİKAL KATETER TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kateter, yeni doğan bebeklerde göbek damarlarından (arter veya venöz) ilaç ve parenteral beslenme solüsyonu vermek için imal edilen santral kateter olmalıdır.
2. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve vücut ısısı ile yumuşayabilen poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
3. Kateter tek lümenli olmalıdır.
4. Kateter 3.5 Fr ve 40 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Kateterin yıkama hacmi 0,27 ml, akış hızı 10 ml/dakika olmalıdır.
6. Kateter üzerinde, damar içerisinde ne kadar ilerletildiğini tanımlamak için 4 cm'den 25 cm'e kadar 1 cm aralıklarla derinlik işaretçileri bulunmalıdır.
7. Kateter proksimal ucu luer kilit yapıda olmalıdır.
8. Kateter seti içerisinde 2 yollu musluk bulunmalıdır. Venöz kullanım için mavi, arteriyel kullanım için kırmızı renkte tıplar içermelidir.
9. Kateter ucu damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte tasarlanmış olmalıdır.
10. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
11. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
13. Örnek numune gönderilmelidir.

İGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Zm. Dr. Alaattin KIZIL  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Neonatoloji Uzmanı  
Dip. Tescll No: 4354 Uzm. Tescll No: 184385

Yeridey 43 2. Basamakta  
Miyay 754  
A. K.

Yeridey 43 2. Basamakta  
A. K.  
Sadedin Yone