

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

12.03.2026

Sayı:

Konu: 2 Kalem Biyomedikal Demirbaş Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.03.2026 saat: 10:00 'a kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT  
Başhekim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDYELER, HİDROLİK / AMORTİSÖRLÜ SEDYE		2	Adet		
2	HASTA KARYOLALARI, 4 MOTORLU YETİŞKİN HASTA KARYOLASI DOĞUM MASASINA DÖNÜŞEBİLEN		1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>						

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ACİL MÜDAHALE SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sedyeye, acil müdahalede, müşahede ve hasta transferinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Sedyeye en az 1 adet kolon hidrolik ile veya Makasla asansör yapılmalıdır. Sedyenin (mindersiz) yerden yüksekliği max 69 cm. (+3 cm.)'e kadar, min. 95 cm. (- 15 cm.) 'e kadar arasında kolayca ayarlanabilir olmalıdır. Ancak sedye en az 20 cm yukarı ve aşağı hareket etmelidir.(Açıklama= "69 cm. (+3 cm.) ve aşağı kabul edilir" ve "95 cm. (- 15 cm.) ve yukarı kabul edilir." Ancak sedye en az 20 cm yukarı ve aşağı hareket etmelidir.)
3. Sedyeye Trendelenburg ve ters Trendelenburg pozisyonlarını pedalla veya butonla vb. sayesinde yapabilmelidir.
4. Sedyenin sırt kısmı hareketi en az 80 ° (+-10 °) olmalıdır.
5. Sedyenin itme tutamakları ve korkulukları poliüretan veya ABS malzemeden veya "metal ve üzeri elektrostatik toz boyalı" veya çelik malzemeden olmalıdır.
6. Sedyenin korkuluk mekanizması alüminyum enjeksiyon veya poliüretan enjeksiyon veya plastik enjeksiyon (GP) veya metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolaylıkla inip tek harekette kilitlenebilir olmalıdır.
7. Sedyenin "alt şase kaplaması ABS malzemeden üretilmiş olmalı veya çelik konstrüksiyondan üretilmiş olup epoxy polyester toz boya ile boyanmış olmalı" ve sedye üzerinde en az 1 adet malzeme koyma gözü bulunmalıdır.
8. Sedyeye boydan boya **Xray geçirgenlik** özelliğine sahip olmalıdır.
9. Sedyede 4 adet 150 mm. (+/- 1 cm) çapında ve en az 30 mm (-1) et kalınlığında (çift teker kullanıldığında et kalınlığı her bir teker en az 15 mm olmalıdır.), merkezi kilit sistemli tekerlek bulunmalıdır.
10. Sedyede manevra kabiliyetini yükseltmek için 5.teker veya yön tekerlekli olmalıdır. Bu tekerler kumanda edilebilir olmalıdır.
11. Transfer esnasında, 5. teker söz konusu ise; ayakla veya elle hızlı bir şekilde 5. teker devreye girebilmeli veya çıkarılabilmelidir.
12. Sedyenin yatma yüzeyi en az 10 mm (+-2) kalınlığında kompakt laminant malzemeden olmalıdır.
13. Sedyenin minderi en az 5 cm. 32 dansite (+/- 1 dansite) gri sünger ve en az 3 cm. en az 50 kg/m<sup>3</sup> visco olmalı ve üzeri kolay temizlenebilir olmalıdır. Bu minder kılıfı gerektiğinde değiştirilebilir veya çıkabilir olmalıdır. Sünger PU (poliüretan) kılıf olup hava geçirip su (dikişli ise dikiş yerleri hariç) geçirmemelidir.
14. Sedyenin dört tarafında koruyucu tamponlar olmalıdır.
15. "Sedyenin 2 yanında serum askısı olmalıdır ve bu askılar sedyeden çıkarılamaz olup gerektiğinde katlanabilir olmalıdır" veya "Sedyenin dört bir yanında en az iki adet demonte bir şekilde serum askısı çıkartılıp takılabilir olmalıdır" veya "sedyenin başucunda 1 adet katlanabilir teleskopik ve 2 adet ayak tarafında 1 adet yan tarafında serum askısı takılabilir yerler olmalı ve çıkartılıp takılabilir 1 adet demonte serum askısı bulunmalıdır."
16. Sedyenin metal kısımları elektrostatik toz boyalı veya alüminyum veya "paslanmaz çelik (boyalı veya özel yüzey işlemeli)" olmalıdır.
17. Sedyenin kullanımını gösteren yönlendirici etiketler bulunmalıdır.
18. Göğüste ve kalça ile ayak arasında emniyet kemeri olmalıdır.
19. Ölçüler; Şilte ölçüsü 195 cm. (+/- 10 cm.) x 60 cm. (+10 /- 3 cm.)  
Dış Ölçüsü 215 cm.(+/- 10 cm.) x 75 cm. (+12 /- 3 cm.)
20. İstekli ve Üretici/ithalatçı firma üretim, tasarım, montaj ve işçilik hatalarına karşı en az 4 yıl garanti vermeli, garanti süresinin bitiminden sonraki 6 yıl için yedek parça temini ve bakım-onarım hizmeti vermeyi kabul etmelidir.

*Orhan Kılıç*  
Hemşire  
*[Signature]*

#### 4 Motorlu TDL (Kadın Doğum) Yatağı Şartnamesi

1. Sessiz çalışma için minimum IPX4 korumaya sahip lineer motorlar bulunmalıdır.
2. Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli bulunmalıdır.
3. Kompakt malzemeden imal 3 parçalı yatma yüzeyi bulunmalıdır.
4. Sırt kısmında X-ray özelliği ve 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler bulunmalıdır.
5. Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri bulunmalıdır.
6. Elektronik ve manuel CPR özelliği bulunmalıdır.
7. Plastik koruyucu çarpma tamponları bulunmalıdır.
8. Gizlenebilir ayakucu uzatma bulunmalıdır.
9. İdrar torbası askılığı bulunmalıdır.
10. Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları bulunmalıdır.
11. Atık tası bulunmalıdır.
12. İkinma barı bulunmalıdır.
13. Baldır destekleri bulunmalıdır.
14. Batarya bulunmalıdır.
15. Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı bulunmalıdır.
16. Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam bulunmalıdır.
17. Sırt kayması önleyici sistem bulunmalıdır.
18. Korkuluklarda açığı göstergesi bulunmalıdır.
19. 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase bulunmalıdır.

S. Hürriye  
Özlem Kılıç  
