

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

12.03.2026

Sayı:
Konu: Morg Ünitesi İçin 2 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.03.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMPRESÖR HAVA FİLTRESİ	1	Adet		
2	MORG ÜNİTESİ FANI	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MORG ÜNİTESİ KOMPRESSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kompresör içerisine konulan eritrositlerin hemoliz olmaması için titreşimsiz olmalıdır.
2. Kullanılacak kompresör 2,8 beygir gücünde 2 adet fındık kompresör olmalıdır.
3. Cihaz çift kompresörlü olması sebebiyle kompresör geçiş bağlantısı firma tarafından yapılacaktır.
4. Kompresörde kullanılacak gaz R508 olmalıdır.
5. Kompresör ile birlikte 2 adet dreyer ve uygun nitelikte 2 adet kondanser verilmelidir.
6. Teklif verecek firmanın TSE belgesi bulunmalıdır.
7. Teklif verecek firmanın UTS kaydı bulunmalıdır.
8. Teklif verilecek ürün en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
9. BNT marka BNMT125 model morg dolabına uyumlu olmalıdır.

MORG ÜNİTESİ KONDANSER EMİŞ FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 adet Kondanser emiş fanı olmalıdır.
2. Kondanser emiş fanı 3,2 omajlı olmalıdır.
3. Cihaz çift kompresörlü olması sebebiyle fan geçişlerinde gecikme olmamalıdır.
4. Fanlar ile birlikte kanat ve kasnak verilmelidir.
5. Teklif verecek firmanın TSE belgesi bulunmalıdır.
6. Teklif verecek firmanın UTS kaydı bulunmalıdır.
7. Teklif verilecek ürün en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
8. BNT marka BNMT125 model morg dolabına uyumlu olmalıdır.

Ali Cengiz GİFTÇİ
Tesisyen
—