

TEKLİFE DAVET

23.03.2026

Sayı: 228
Konu: 7 ADET İKİLİ SEHPALI KÜVET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEHPALI CERRAHİ KÜVET			7	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalma Yapılacak Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanma numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanma numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İKİLİ SEHPALI KÜVET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sehpanın metal kısımları AISI304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
2. Üretici TSE onaylı test analiz sertifikasına sahip olmalıdır.
3. Ürün tasarımı 1 adet yıldız ayak üzerine bağlı boru gövde üzerine yerleştirilmiş iki adet küvet ile tasarlanmış olmalıdır.
4. Ürün ayağı üç âdeti frenli toplam 5 adet tekerleğe sahip olmalıdır.
5. Tekerleklerin çapı en az 50 mm ve plastik yapıda olmalıdır.
6. Tekerlekler soketli birleşimli olmalı, kırıldığı zaman kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
7. Ürün ana gövdesi Ø32x1,20 mm kesitinde paslanmaz çelik boru olmalıdır.
8. Ana gövde borusu ile yıldız ayak bağlantısı cıvatalı yapıda olmalıdır.
9. Yine ürün paslanmaz boru gövdeye bağlı ve Ø8 mm çapında mil ile üretilmiş iki adet dairesel küvet yuvasına sahip olmalıdır.
10. Küvetler bu yuvalara rahatlıkla takılıp ve çıkartılabilmelidir.
11. Küvet yuvaları yük altında eğilmemesi için destek mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Küvetler 32 cm çapında olmalıdır.
13. Küvet kapasitesi yaklaşık 10 LT olmalıdır.
14. Sehpa gövdesine bağlı bir adet tutamak olmalıdır.
15. Üründe kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
16. Sac bükümleri el kesmeyecek çift dönüşlü şekilde olmalıdır.
17. Teklif veren firma tam ölçü ve tasarım için kurumu ziyaret edip keşif yapmalıdır.
18. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
19. Ürün üretiminde Argon / Tiğ kaynak kullanılmalıdır.
20. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı, bakteri üremesi vb. durumlarının engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
21. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
22. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Üretici ve satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Üretici ve satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Üretici ve satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
27. Üretici firmanın mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge kapsamı hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 ve TS 12684 kapsamında olmalıdır. Satıcı firma teklifi ile birlikte bu belgeyi ibraz etmek zorundadır.

ALPASLAN
Metalisi
Ağustos 2023

Amel Bener
Ağustos 2023