

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.03.2026

Sayı: 227  
Konu: 10 ADET ALET MALZEME MASASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALET MASASI			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ALET MALZEME MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Üretici sac kalitesini gösterir resmi bir kurumdan alınma belgeyi ürün teslimatı ile birlikte vermelidir. Üretici firma 2025 yılı içerisinde alınmış sac kalite analize belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün hastane malzeme ve cerrahi setlerin açılması / taşınması için uygun olmalıdır.
4. Ürün 4 adet boru ayağa ve 2 adet tablaya sahip olmalıdır.
5. Tablalar çift büküm ve kapama büküm yöntem ile üretilmiş olmalıdır.
6. Tabla altında tek noktadan atılmış takviyeler olmalıdır.
7. Ürün 2 âdeti frenli 100 mm çaplı tekerleğe sahip olmalıdır.
8. Tekerlekler paslanmaz vb. durumlara karşı kesinlikle plastik gövdeli yapıda olmalıdır.
9. Tekerlek üzerinde yuvarlak çarpma tamponları olmalıdır.
10. Üründe kullanıcıya zarar veren keskinlik, çapak vb. olumsuz imalat hataları olmamalıdır.
11. Ürün argon kaynak ile üretilmiş olmalıdır.
12. Ürün birleşim ve kaynak noktalarında boya vb. hijyeni bozacak durum olmamalıdır.
13. Ürün ebadı yaklaşık 88x56x90 cm ( $\pm 1$  cm) olmalıdır.
14. Üründe kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
15. Sac bükümleri el kesmeyecek çift dönüşlü şekilde olmalıdır.
16. Teklif veren firma tam ölçü ve tasarım için kurumu ziyaret edip keşif yapmalıdır.
17. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
18. Ürün üretiminde Argon / Tiğ kaynak kullanılmalıdır.
19. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı, bakteri üremesi vb durumlarının engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
20. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
21. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
22. Üretici ve satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Üretici ve satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Üretici ve satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici firmanın mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge kapsamı hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 ve TS 12684 kapsamında olmalıdır. Satıcı firma teklifi ile birlikte bu belgeyi ibraz etmek zorundadır.

İstanbul  
İSHİTİM  
NİSİSİ

Sibel Baran

A.Ş. T.C.  
Ankara  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi