

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.03.2026

Sayı: 225  
Konu: 3 ADET RADYASYON KORUYUCU KURŞUN GÖZÜK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN GÖZÜK			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## RADYASYON KORUYUCU KURŞUN GÖZLÜK TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Gözlüğün ön tarafı 0,75mmPb, yan tarafı 0.50mmPb kurşun eşdeğerde, doğrudan ve saçılım röntgen ışınlamasına karşı koruma sağlamalıdır. Bu husus firma tarafından belgelendirilecektir.
2. Özel taşıma ve saklama kutusu olacaktır.
3. Kafa genişliğinde ayarlanabilir ve takılıp çıkartılabilir yumuşak saç bandı olmalıdır.
4. Kullanım sırasında buğu yapmamalı ve görüşü engellememelidir.
5. Gerektiğinde dezenfekte edilebilir ve yıkanabilir özellikte olmalıdır.
6. Darbelere karşı dayanıklı malzemedir yapılmış olmalıdır.
7. Gözlükler tam korumalı model olup hem önden hem de yanlardan gelen şüayı engellemelidir.
8. Gözlüğün X ışınına karşı koruyucu özellikleri ve koruma oranları, yapılan test sonuçları ile belgelendirilmiş olmalıdır.
9. X ray koruyucu kurşun gözlüğün kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni regülasyon (AB) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmeliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır.
10. Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunda Article 11A, Article 11B belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.
11. Hastane talebi üzerine farklı modeller sunulmalıdır.

Dr. S. S. S. S. S.  
Radyasyon Fizik Uzmanı  
Radyasyon Fizik Uzmanı

Dr. S. S. S. S. S.  
Radyasyon Fizik Uzmanı  
Radyasyon Fizik Uzmanı