

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

24.03.2026

Sayı:
Konu: Acil Kod Sistemi İçin Pager Cihazı Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.03.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PAGER CİHAZI	4	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PAGER AĐRI CİHAZI

1. Pager cihazı, KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliĐinde tanımlanan SBT (Sanayi. Bilimsel Tıbbi) bandında alıřacaktır.
2. Pager Cihazının tüm menüleri Türke olacaktır.
3. Pager cihazı, POCSAG standardı ile haberleşmelidir.
4. Pager cihazının en az 8(sekiz) satır göstergesi olacaktır
5. Mesajlarının zamanlarını kaydedecektir.
6. En az 30 adet mesaj hafızası olacaktır.
7. Düşük pil uyarısı verilecektir.
8. Sesli ve titreşimli uyarı verilecektir.
9. Tek kalem pil ile alıřacaktır, řarj edilebilen pil alıřabilmelidir.
10. Takılıp ıkarılabilen taşıma aparatı olacaktır.
11. Cepte taşınabilecek kadar küçük olmalıdır.
12. Kapsama alanı dışına ıktıĐında cihaz uyarı verecektir.
13. Kurumun mevcut kullanmakta olduĐu TELEMEDİC acil aĐrı sistemine uygun olacak ve yüklenici tarafından gerekli entegrasyonu yapılacaktır.
14. Pager aĐrı Cihazları en az 2 (iki) yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır.

Beġa SARILIK
Kökt. Jor
B