

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.03.2026

Sayı: **233**
Konu: 10 ADET CİHAZ TAŞIMA SEHPASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CİHAZ TAŞIMA ARABALARI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CİHAZ SEHPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Üretici firma 2025 yılında alınmış sac analiz kalite sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifika içeriğinde krom / nikel oranı 18/8 olduğu gösterilmelidir.
3. Ürün hastane malzeme ve cerrahi setlerin açılması / taşınması veya tıbbi cihaz kullanımı için gerekli imkânı taşıması için uygun olmalıdır.
4. Ürün 30x30 mm kesitinde veya Ø25x1,20 kesitinde 4 adet profil ayağa ve 3 adet tablaya sahip olmalıdır.
5. Tabla kalınlıkları en az 0,90 mm kalınlıkta olmalı, teslimat aşamasında mikrometre ile kalınlık kontrolü yapılacaktır. Kabul edilebilir tolereans aralığında dışında olan (örneğin 0,80 mm veya daha ince) kabul edilmeyip iade edilecektir.
6. Üst tabla bariyerli olmalıdır.
7. Altta ise 2 adet taban rafı ve orta raf olmalıdır. Raflar bariyerli olmalıdır.
8. Ürün 2 âdeti frenli 50 mm çaplı tekerleğe sahip olmalıdır.
9. Tekerlekler paslanmaz vb. durumlara karşı kesinlikte plastik gövdeli yapıda olmalıdır.
10. Tekerlek üzerinde yuvarlak çarpma tamponları olmalıdır.
11. Üründe 1 adet araba boyunca ve en az 120 mm yüksekliğinde çekmece olmalıdır.
12. Çekmece kafası çift cidarlı (her iki tarafında da önlü arkalı sac) olmalıdır.
13. Çekmece yanları ve arkaları tam kapalı olmalıdır.
14. Çekmece de teleskopik ray kullanılmalıdır.
15. Ürün çekmecesi güvenlik açısından gömme tip kilitli olmalıdır.
16. Üründe kullanıcıya zarar veren keskinlik, çapak vb. olumsuz imalat hataları olmamalıdır.
17. Ürün ebadı yaklaşık 500 x 500 x 850 mm (± 25 mm) olmalıdır. Kesin ölçü kullanıcı talepleri ve kullanılan ekipmanlar dikkate alınarak belirlenmelidir.
18. Ürün üretiminde Argon / Tiğ kaynak kullanılmalıdır.
19. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı, bakteri üremesi vb durumlarının engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
20. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
21. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
22. Üretici ve satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Üretici ve satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Üretici ve satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici firmanın mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge kapsamı hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 ve TS 12684 kapsamında olmalıdır. Satıcı firma teklifi ile birlikte bu belgeyi ibraz etmek zorundadır.
27. Üretici firma broşür ile kullanıcılar tarafında ürün onayı alarak işe başlamalıdır.
28. Kurum demo üzerinden karar verecektir.

Dr. İbrahim PAZLAN
Tıbbi Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Amalyon Sağlık Hizmetleri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SİBEL BORAN
