

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 235

23.03.2026

Konu: 10 ADET CAMLI AMELİYATHANE DOLABI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CAMLI AMELİYATHANE DOLABI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmsinin numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmsinin numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CAMLI AMELİYATHANE DOLABI

1. Dolap 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Üretici sac kalitesini gösterir resmi bir kurumdan alınma belgeyi ürün teslimatı ile birlikte vermelidir. Üretici firma 2025 yılı içerisinde alınmış sac kalite analize belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün hastane malzemelerinin depolanması ve hızlı erişim için tasarlanmış olmalıdır.
4. Dolap 3 adet ara rafa sahip olmalıdır.
5. Raflar kullanıcıya zarar vermemesi için geriye doğru kapalı şekilde bükülerek üretilmiş olmalıdır.
6. Rafların en az 2 âdetinde yükseklik ayarı ayarlanabilir tasarımda olmalıdır.
7. İstenirse sonradan ihtiyaç olursa ek raf konabilmelidir.
8. Dolap kapakları paslanmaz sac ile imal edilmiş olmalıdır.
9. Kapaklar lazer kesim ile içi boşaltılmış olmalı, kaynaksız yekpare olmalıdır.
10. Dolap kapakları 4-5 mm camlı olmalıdır.
11. Camlar vida veya perçin ile sabitlemeli bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
12. Dolap kapakları güvenli şekilde çalışan bir kilide sahip olmalıdır.
13. Kapaklar mutlaka ortadan kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
14. Kapak iç bükümleri kapalı tip olmalı, kr toz birikimine sebep olacak açık büküm olmamalıdır.
15. Dolap 4 adet paslanmaz ayağa sahip olmalıdır. Ayaklarda rotol pabuçlar bulunmalıdır.
16. Ayaklar en az Ø50x1,20 mm kesitinde olmalıdır.
17. Üründe kullanıcıya zarar veren keskinlik, çapak vb. olumsuz imalat hataları olmamalıdır.
18. Ürün ebadı yaklaşık 900 x 430 x 1800 mm (± 50 mm) olmalıdır.
19. Sac bükümleri el kesmeyecek çift dönüşlü şekilde olmalıdır.
20. Teklif veren firma tam ölçü ve tasarım için kurumu ziyaret edip keşif yapmalıdır.
21. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
22. Ürün üretiminde Argon / Tiğ kaynak kullanılmalıdır.
23. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı, bakteri üremesi vb durumlarının engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
24. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
25. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici ve satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
27. Üretici ve satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
28. Üretici ve satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
29. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
30. Üretici firmanın mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge kapsamı hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 ve TS 12684 kapsamında olmalıdır. Satıcı firma teklifi ile birlikte bu belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Dr. S. ALPARDOLAN
Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi
Açık Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[Handwritten signature]

Sibel Zeren
[Handwritten signature]

Arif Güç
Ameliyathane Ürünleri Müdürlüğü
Açık Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[Handwritten signature]