

TEKLİFE DAVET

25.03.2026

Sayı: 243
Konu: EEG ELEKTRODU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG ELEKTROD, ALTIN KAPLAMA DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			36	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EEG/EKG/EMG HASTA TAKİP ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Natus Marka EEG Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. En az 9 veya 10mm çapında ve kubbe şeklinde olmalıdır.
3. Üzerinde fazla pastanın çıkmasını sağlayacak delik bulunmalıdır.
4. 36 kablo en az 1,5 m uzunluğunda olmalıdır.
5. Altın uçlu olmalıdır.
6. Birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi için en az 12 farklı renkte olmalıdır.
7. Renklerin bir tanesi şeffaf olmalıdır. Bu sayada elektrotun iç telleri ve kalitesi belli olmalıdır.
8. Kablonun dış yüzeyi silikonlu ve esnek olmalıdır.
9. Giriş Soketleri touch proof(dişi) olmalıdır.
10. Teklifte birlikte numune verilmelidir.
11. Saçlı deriye bağlanan kısmı plastik baskı şeklinde olmalıdır.

Uzm. Dr. Baturhan Yalçın

Nöroloji

Dip. Tescil No: 194353



Uzm. Dr. Göbhan Pek

Nöroloji, Klinik Nörofizyoloji

Tescil No: 184035

