

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.03.2026

Sayı: 251  
Konu: ERIŞKİN KOL TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PNÖMATİK TURNİKE KOL MANŞONU YETİŞKİN			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ERİŞKİN KOL TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU

1. TEK KAFLI RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI SİLİKON VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ PVC KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR.
2. TURNİKE MANŞONU SİLİNİR VE ÇABUK KURUYAN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
3. TURNİKE MANŞONU UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELCRO İLE SABİTLENMELİDİR VE RENK KODLU KURDELE İKİNCİ GÜVENLİK SAĞLANMALIDIR.
4. VBM MARKA TURNİKE CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.
5. TURNİKE MANŞONU BOYU YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI BOYU 46 CM. GENİŞLİĞİ 10 CM. OLMALIDIR.
6. MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.
7. TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNME Lİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.
8. BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALI VE MANŞONLARA SIVI GEÇMESİNİ ENGELLEM EK KİRLENMESİNİ KORUMAK İÇİN HER MANŞON KUTUSUNUN İÇİNDE 1 ADET KORUYUCU TURNİKE KAF KILIFI BULUNMALIDIR.
9. ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 5 YIL İÇİNDE 100 KEZ HAZIRLAMA VE KULLANIM İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTİLMELİDİR.
10. ISO BELGELİ VE CE İŞARETLİ OLMALIDIR.
11. UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.
12. ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN MANŞON ÜZERİNDE QR KOD'U OLMALIDIR. BU KODDA ; UBB KODU, ÜRETİM TARİHİ VE LOT NUMARASI OKUNMALIDIR.

Biyomedikal  
Beylikdüzü  
Mimaris

A.F. ÇÖL  
Anadolu Sağlık Kurumu Temel Birimi  
A.Ş. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı