

TEKLİFE DAVET

25.03.2026

Sayı: 241

Konu: 30 ADET SICAKLIK ÖLÇÜM CHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CHAZI - TERMOHİGROMETRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.03.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CHAZI / TERMOHİGROMETRE			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmasının numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmasının numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SICAKLIK ÖLÇİM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI/TERMOHİGROMETRE

1. Bulunduğu ortamda sıcaklık ve nem ölçebilen, harici kablolu ve su geçirmez probu ile farklı ortamların (dış ortam, buzdolabı, akvaryum vb.) sıcaklığını ölçebilen dijital bir termo-higrometre olmalıdır.
2. 30.5024 en yüksek ve en düşük değerleri hafızasına alabilir ve tek tuşla bunları sıfırlayabilir olmalıdır.
3. 2 metre kablo uzunluğu olmalıdır.
4. Buzdolabı için uygun ısı nem ölçer olmalıdır.
5. Masaüstü veya duvara asılabilir olmalıdır.
6. 1 adet numune gönderilecektir. Numune onaylanırsa sipariş çekilecektir.
7. Max. min. Fonksiyonu olmalıdır.
8. Sıcaklık ölçüm aralığı: İç ortam: -10°C...+50°C Dış ortam: -40...+70°C
9. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: 0...+40°C arası  $\pm 1^\circ\text{C}$ , geri kalanda  $\pm 1.5^\circ\text{C}$  Sıcaklık hassasiyeti :  $\pm 1^\circ\text{C}$  olmalıdır.
10. Nem ölçüm aralığı 10 - 99% olmalıdır.
11. Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
12. Nem hassasiyeti :  $\pm \% 3$  olmalıdır.
13. Saat göstergesi olmalıdır.
14. İstenilen değeri aştığında alarm devreye girmelidir.
15. Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır. 1 adet 1,5V (AAA) ince kalem pil ile çalışabilmelidir.
16. Duvara asılabilmeli veya ayakları ile masa üstü kullanılabilmelidir.
17. Rakamlar en az 1,5 cm boyunda rahat okunabilir olmalıdır.
18. Cihazlar teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.
19. Cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

  
Etili SARIK  
Biyomedikal Yüksek Mühendis

  
Ağız Eğitim Araştırma Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu  
Fırat DURAK