

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.03.2026

Sayı: 265  
Konu: YOĞUN BAKIM İÇİN NEBÜLİZATÖR SET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.04.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEBÜLİZATÖR SETİ T PARÇALI TEK KULLANIMLIK			300	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## NEBÜLİZATÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nebülizatör seti BİOSYS marka BİYOVENT ve BİO2FLOW model cihazlara uyumlu olmalıdır.
2. Nebülizatör seti bağlantı için T parçası, nebülizasyon haznesi ve nebül bağlantı hortumu şeklinde üç kısımdan oluşmalıdır.
3. Nebülizatör seti ilaç nebülizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.
4. Nebülizasyon haznesi kolay açılıp kapanmalıdır.
5. Nebülizatör seti 1 ila 5 mikron aerosol partikülleri oluşturabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
6. Ürünü teklif eden firmanın Biosys firmasından alınmış hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Ürünü teklif eden firmanın Biosys firmasından alınmış güncel tarihli eğitim sertifikası olmalıdır.
8. Teklif edilecek ürünün ÜTS kaydı olmalı ve ÜTS kaydının sınıflandırması Sınıf-IIb olmalıdır.
9. Ürün veya parçalar kullanılacağı yere veya cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Bu bağlantı işleminde bağlanılacak cihazlarda oluşacak her hangi bir hasarda ilgili firma sorumlu olacaktır.
10. Yüklenici firma teklif edeceği ürün veya parça ile ilgili marka, model, üretici firma adı ve firmaya ait malzeme kodu bilgileri yazılı olarak teklif verecektir.

2016 Adı  
[Signature]

Selma Adı  
[Signature]