

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.03.2026

Sayı: 267

Konu: LED SOĞUK IŞIK KAYNAĞI FİBER OPTİK KABLO ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.04.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No                | Malzeme Adı  | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|--|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1                   | SOĞUK IŞIK KAYNAĞI SOKETİ - DUYU- FİBEROPTİK KABLO |          |     | 2      | Adet   |              |              |
| <b>Genel Toplam</b> |  |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**LED SOĞUK IŞIK KAYNAĞI IŞIK KABLOSU 2 ADET**

1- Soğuk Işık Kaynağı kablosu 100-240 ( $\pm 10\%$ ) VAC, 50/60 Hz şehir ceryanında çalışabilmelidir.

2- Soğuk Işık Kaynağı kablosu aydınlatması LED lamba ile olmalıdır.

3- Soğuk Işık Kaynağı kablosu renk sıcaklığı yaklaşık 6400 K olmalıdır.

6- Soğuk Işık Kaynağı kablosu koruma derecesi CF ve koruma sınıfı I olmalıdır.

7- Çapı en az 3.5 mm, uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.

8- Isiya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.

9- Kurumumuzda bulunan Pediatrik özefagaskopi Setine direk bağlanabilmelidir.

10. Cihazın TITUBBİÜTS kaydı olmalıdır.

11. HBYS ile uyumlu olmalıdır.

Betül SARIK  
Biyomedikal Yöntem Mühendisi

Ayfer GÖK  
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi