



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-309654331
Konu : Teklife Davet

30.03.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM SARGI BEZİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **07.04.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SARGI BEZİ, NONSTERİL, 10 CM *10 M	ADET	2.000		
2	SARGI BEZİ, NONSTERİL, 15 CM*10 M	ADET	2.000		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 69B12C81-DBB3-438A-A91C-F4CD28EEBA11

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



SARGI BEZİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün yaralanmalarda pansuman malzemesini bölgede tespit etmek amacı ile medikal amaçlı pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanım yeri amacına göre (5*5-10*10*15*20 vb.) farklı ölçülerde ürün tipleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">1. En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.2. Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalıdır.3. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, kaçmış iplik, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.4. Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır.5. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.6. Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmamalı, kenarlarından iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.7. Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu, liflenme olmamalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">8. Rulolar en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.9. İlgili ürünler TS EN ISO 14079 standardına uygun olmalıdır.10. Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Dr. Mehmet DEMİR
Diyarbakır
Tescil No: 171376/0

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Olunur İster