

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 287  
KONU : Teklife Davet

31//03/2026

**Teklif Mektubu Davet**

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ENDOMOTOR ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/04/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim..

  
**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ENDOMOTOR ALIMI	1	ADET		

  
**Dr. Yasin ÇOLAK**  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Diyadin Devlet Hastanesi

### ENDOMOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kablesuz ergonomik dizayn
- Oldukça hafif toplam ağırlık
- Küçük kafası ile yüksek görüş açısı
- 360 derece dönebilen kafası sayesinde, istenilen tek parmakla kontrol edilebilme özelliği
- Ana cihaza sürtünme ile tutunan kafası, tek hareketle çıkarılıp takılabilir ve otoklava atılabilir.
- Tek şarjla oldukça uzun kullanım süresi
- Opsiyonel, entegre apex locator
- Opsiyonel, RECIPROCATION fonksiyonu ile, resiprokal Ni-Ti sistemleri kullanam imkanı
- 8 adet döner (rotary), 1 adet resiprokal devir ve tork kombinasyonu hafızaya programlanabilir
- 200-600 rpm arası hız seçeneği
- 0.5-3.5 ncm arası tork seçeneği
- Alet kırılmasını engellemek için Auto-Twist ve Auto-Stop seçenekleri
- Otomatik Tork Azaltma
- Otomatik Tork Geri Dönüş
- Otomatik Apikal Yavaşlama
- Otomatik Apikal Durma
- Otomatik Apikal Geri Dönüş
- Optimum Glide Path (OGP)
- Optimum Tork Geri Dönüş (OTR)
- Push button sistem ile kolay eğe değişimi
- Piyasadaki bilinen tüm Ni-Ti rotary eğeleri ile uyumluluk
- Başlık üzerinde on/off siviçi
- Farklı hız ve tork aralıklarında çalışma imkânı
- Kolay takip edilebilir LCD ekran
- Kalibrasyon fonksiyonu sayesinde daha hassas dönme hızı ve tork ayarı yapabilme özelliklerine sahip olmalıdır.

Mücahit YAMAN  
TKY

Ahmet Emin YILMAZ  
TKY