

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.04.2026

Sayı: **292**

Konu: HASTA ISITMA SİSTEMİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.04.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BLANKET / HASTA ISITMA CİHAZLARI, HASTA ISITMA - SOĞUTMA CİHAZI HAVALI SİSTEM			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HASTA ISITMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz yetişkin ve pediatrik hastaların ısıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Cihaz istenildiğinde iki adet battaniye veya yatağı aynı anda ısıtabilmelidir. Bu amaçla cihazın arka tarafında iki adet bağlantı soketi olmalıdır.
- 3- Cihaz 220-240V/50-60 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
- 4- Isıtma İşlemi Hasta Emniyeti Açısından Düşük Voltajla Yapılmalı, Yatağa Gelen Voltaj 24 V ' U Geçmemelidir.
- 5- Isıtma elementi olarak karbon-fiber kumaş kullanılmış olmalı, Rijit yapıda sert ve kauçuk esaslı olmamalıdır.
- 6- Sistemde sıcaklık ayarı 30°C ile 40°C arasında en fazla 0,1°C hassasiyetle yapılabilmelidir.
- 7- Ayarlanan ve gerçekleşen sıcaklık değerleri ön paneldeki LCD göstergeden dijital olarak ayrı ayrı izlenebilmelidir.
- 8- Isıtma İşleminin %0 İle %100 Arasında Hangi Kapasitede Yapıldığı, Kontrol Panelinde Bulunan LCD Göstergeden %10'luk Dilimler Halinde İzlenebilmelidir.
- 9- Sistemin kontrol panosu açma/kapama butonu da dâhil olmak üzere toz geçirmeyen Dokunmatik Membran Tipi olmalı, üzerine damlayabilecek sıvılardan etkilenmemelidir.
- 10- Oda sıcaklığında ısıtıcı ped 36-37°C sıcaklığa en fazla 8-10 (±3) dakikada ulaşabilmelidir.
- 11- Sistemin aşağıdaki durumlara karşı sesli ve ışıklı alarm düzeni olmalıdır.
 - a. Güç alarmı
 - b. Ped yok alarmı
- 12- Sistemde alarm verildiği zaman, sesli alarm bir butona basılarak susturulabilmelidir. Alarm sesi susturulduğunda, alarm durumu devam ettiği sürece ön paneldeki LCD göstergeden takip edilebilmelidir.
- 13- Isıtma sisteminin 150x50 cm (±5 cm) ebatlarında dekübiti engellemek amaçlı visco elastik süngerli dış yüzeyi sıvı geçirmeyen 1 adet ısıtma pedi ve 150x45cm kol ve göğüs blanketi olmalıdır.
- 14- Isıtıcı pedin dış yüzeyi silinebilir olan Su Geçirmeyen Hava Geçiren, Özel Bir Kumaşla Kaplanmış olmalıdır.
- 15- Yatak için çok kullanımlık ve tek kullanımlık kılıf mevcut olmalıdır.
- 16- Her yatakla birlikte, yatağın üzerindeki hariç yedek olarak 2 adet çok kullanımlık kılıf 2 adette tek kullanımlık kılıf verilmelidir.
- 17- Her cihaz ile birlikte, cihazın kontrol ünitesinin monte edilebildiği sepetli taşıma arabası verilmelidir.
- 18- Cihaz 2 yıl garantili 10 yıl parça garantili olmalıdır.

Betül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Ayfer GÖK
Ameliyathane Sterilizasyon Temsilcisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi