

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.04.2026

Sayı: 295

Konu: TAM KORUMA KURŞUN ÖNLÜK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.04.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN (ÇİFT TARAFLI VÜCUT / TAM KORUMALI)			3	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TAM KORUMA KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb ve Arka Tarafa 0,25 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 2- ÖNLÜKLER TAM KORUMA MODEL OLMALIDIR. ÜST ÜSTE GELEN KISIMLAR ÖNDE VELCRO SİSTEMİ İLE YAPIŞTIRILMALIDIR. ÖNLÜĞÜN KULLANIMI KOLAY OLMASI İÇİN BEL DESTEK KEMERİ ÖNLÜK ÜZERİNDE BULUNMALIDIR. ÖNLÜK ÜZERİNDE YAN CEP BULUNMALIDIR.
- 3- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR. KURUMUN VE KULLANICININ TALEBİ ÜZERİNE ÖNLÜĞÜN İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- 4- ÖNLÜĞÜN EBATLARI KULLANICILAR TARAFINDAN SEÇİLMELİ VE KULLANICILARIN VUCUTLARINA UYGUN OLMALIDIR. BU DOĞRULTUDA ÜRÜN SAĞLAYICI FİRMA XS – S –M-L-XL-XXL-XXXL BEDENLERİNDE ÜRÜN TEDARİĞİ SAĞLAMALIDIR.
- 5- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI 2016/425 EU REVİZYONUNA UYGUN ŞEKİLDE (CE) BULUNMALIDIR.
- 6- KORUYUCU MATERYALE İLİŞKİN HAMMADDE ÜRETİCİ FİRMANIN TEST RAPORU OLMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜĞÜ ÜRETEYEN FİRMANIN ÜRÜNLERİN TESTİNE İLİŞKİN TEST RAPORU SUNMALIDIR BUNUNLA BİRLİKTE KORUYUCU HAMMADDEYE İLİŞKİN DE HAMMADDE ÜRETİCİSİNDEN ALINMIŞ TEST RAPORU SUNULMALIDIR.
- 7- İTHAL GELEN ÜRÜNLERDE ALINACAK OLAN ÜRÜNLERİN SAHTE ÜRETİMİN ENGELLENMESİ, YURTDIŞINDA BAYİLİK ALINIP SONRA BURADA ÜRETİLEREK İTHAL OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILAN, ALMAN MALI VEYA BAŞKA ÜLKE MALI GİBİ GÖSTERİLEREK TÜRKİYEDE KAÇAK YOLLARLA ÜRETİLEN VE BAŞKA İSİMLERDE SATILAN ÜRÜNLERİN ENGELLENMESİ İÇİN İTHAL ÜRÜN VERİLECEKSE ALIMA İLİŞKİN İTHALAT BEYANNAMESİ SUNULMALIDIR. İTHALAT BEYANNAMESİNİN İTHAL TARİHİ İLE İTHALATI YAPILAN ÜRÜNÜN SATIŞ TARİHİ ARASINDA KABUL EDİLEBİLİR BİR SÜRE OLMALIDIR.
- 8- KURŞUN ÖNLÜKLERDE RENK SEÇENEĞİ OLMALIDIR. KULLANICI TALEP HALİNDE RENK SEÇENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA RENK SEÇEBİLMELİDİR. KURŞUN ÖNLÜKLERE İLİŞKİN KUMAŞ SEÇENEĞİ OLMALIDIR. KULLANICI, TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÜRÜNÜ OXFORT, POLİÜRAN PU, HİDROFOBİK, ANTİBAKTERİYEL İSTEYEBİLMELİDİR. ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMAŞLA İLGİLİ TEKNİK BELGE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
- 9- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ (01 MAYIS 2019 TARİHLİ VE 30761 SAYILI RESMİ GAZETE, YENİ RGÜLYASYON (AB) 2016/425 X KİŞİSEL KORUYUCU YÖNETMENLİĞİNE GÖRE ÜRETİLMİŞ VE BELGELENDİRİLMİŞ OLMALIDIR. KORUYUCU ÖNLÜKLERE İLİŞİKNE ONAYLANMIŞ KURULUŞTAN ALINMIŞ MODÜL C2 VE MODÜL B BELGESİ TESLİMAT ÖNCESİ KURUMA SUNULMALIDIR. KURUMUN BELGELENDİRME FİRMASINA SORGULAMA HAKKI OLDUĞUNU BELGEYİ SUNAN FİRMANIN BİLMESİ VE SONUÇLARINI KABUL ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 10- ÜRÜNLERE İLİŞKİN ESKİ STANDARTLAR DOĞRULTUSUNAD ARTİCEL 11 A ARTİCEL 11 B BELGESİ SUNULMAMALIDIR. BU BELGELER GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLUP, YENİ REVİZYONA GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI İÇİN BELGELER SUNULMALIDIR.
- 11- ÜRÜNÜN ÜRETİMİNE AİT TAEK ONAY VE TEST RAPORLARI OLMALIDIR. BUNU İSTENİLDİĞİNDE SUNMALIDIR.
- 12- ÜRÜNE İLİŞKİN ÜRETİM KOŞULLARI ISO 9001:2015 STANDARTLARINDA OLMALIDIR VE BU STANDARTLARDA OLDUĞUNA İLİŞKİN BELGE SUNMALIDIR.
- 13- ÜRÜNÜN ÜRETİMİNE İLİŞKİN AKREDİTE OLMUŞ KURUMDAN ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ISO 45001:2018 BELGESİ OLMALIDIR.
- 14- SATICI FİRMA ÜRÜNLERE İLİŞKİN KURUMUN İSTEMESİ HALİNDE DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞLERE İLİŞKİN İŞ DENEYİM BELGESİ VEYA REFERANS SUNMALIDIR.
- 15- KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR
- 16- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 17- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.

Betül SARSIK  
Rivonmedikal Vitrin Mühendisi

Arfor Gıda  
Amelyabana Sosyal Hizmetler  
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi