

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026/33
KONU : 2 Kalem Mal Alımı

02.04.2026

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen 2 kalem Tıbbi Cihazın Validasyon Hizmet İşİ 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 08.04.2026 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Geri Dönüşüm Atık Kutusu (3'lü set)	Adet	5		
2	Tehlikeli Atık Sızdırmaz Bidon	Adet	5		

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TEHLİKELİ ATIK SIZDIRMAZ BİDON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, sağlık tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların güvenli şekilde toplanması, taşınması ve depolanması amacıyla kullanılacak sızdırmaz bidonların teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, sağlık kuruluşlarında kullanılacak tehlikeli atık toplama bidonlarının temini ile ilgili teknik özellikleri kapsar.

3. Teknik Özellikler


1. Bidonlar yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya eşdeğer dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Bidonlar en az 60 litre kapasiteye sahip olmalıdır.
3. Bidonlar sızdırmaz özellikte olmalı ve kapak kısmı sıkı kapanabilir yapıda olmalıdır.
4. Kapak sistemi kilitlenebilir veya sıkı geçmeli olmalı, taşıma sırasında açılma veya sızıntı yapmamalıdır.
5. Bidonlar darbeye dayanıklı olmalıdır.
6. Bidonlar kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Bidonlar sarı renkli olmalıdır.
8. Bidon üzerinde 'DİKKAT TEHLİKELİ ATIK' ibaresi ve gerekli uyarı işaretleri bulunmalıdır.
9. Bidonların yüzeyi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Bidonlar taşımaya kolaylaştıracak ergonomik yapıda olmalıdır.
11. Bidonlar sızdırmazlık testinden geçmiş olmalıdır.
12. Ürünler ilgili mevzuata ve çevre yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

4. Teslimat ve Kabul

13. Ürünler sağlam, hasarsız ve kullanılabilir şekilde teslim edilmelidir.
14. İdare gerekli gördüğü durumlarda ürünü kontrol etme ve uygun olmayan ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir.


ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

SÜMEYYE TOPRAK



BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

FATİH ÇİÇEK



GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSU (3'LÜ SET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Su

1. KONU:

Bu teknik şartname, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere temin edilecek pedallı, tekerlekli, 3'lü geri dönüşüm atık kutularının teknik özelliklerini kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER:

Ürün set halinde olacak olup en az 3 ayrı atık türü için tasarlanmış olacaktır (örn: evsel atık, geri dönüşüm, tıbbi atık).

Her bir kutu farklı renkte olacaktır (siyah, mavi, kırmızı veya idarece belirlenecek renklerde).

Kapasiteleri en az 60 litre (her biri) olacaktır.

Ürünler pedallı sistemli olacak ve kapağa elle temas edilmeden açılacaktır.

Set, taşıma platformu (şase) üzerinde ve tekerlekli olacaktır.

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ:

Gövde yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya eşdeğer dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır.

Malzeme kırılmaya, darbelere ve kimyasallara karşı dayanıklı olacaktır.

Paslanmaya karşı dirençli olacak, korozyon yapmayacaktır.

Pedal mekanizması metal veya dayanıklı plastikten olacak ve uzun ömürlü olacaktır.

4. TASARIM VE KULLANIM:

Kapaklar tam kapanabilir ve koku yayılımını engelleyecek yapıdadır.

Pedal sistemi sessiz ve kolay çalışır olacaktır.

Tekerlekler 360° dönebilir, kilitlebilir özellikte olacaktır.

Ürün kolay temizlenebilir ve dezenfeksiyona uygun olacaktır.

5. ETİKETLEME: Her kutu üzerinde atık türünü belirten etiket veya baskı bulunacaktır.

Tıbbi atık kutusunda biyotehlike (biohazard) işareti yer alacaktır.

Yazılar silinmeyecek şekilde kalıcı olacaktır.

6. STANDARTLAR:

Ürünler ilgili TSE, ISO veya CE standartlarına uygun olacaktır.

Sağlık Bakanlığı atık yönetimi yönetmeliğine uygunluk sağlanacaktır.

7. GARANTİ:

Ürünler en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

Yedek parça temini sağlanabilir olacaktır.

8. TESLİM VE KURULUM:

Ürünler eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih Gürlek
T. K. Y.
Jant