

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.04.2026

Sayı: 301

Konu: EKO CİHAZI GÖRÜNTÜ KARTI VE POWER SUPPLY ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.04.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÖRÜNTÜ KARTI			1	Adet		
2	POWER SUPPLY			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PHILIPS marka EPIQ 7G model EKO cihazına uygun olmalıdır.
2. Power supply normal standardını bozmayacak. Power supllly takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Power supply için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
4. Power supllly, Input 220V. Output 3 çıkışlı olmalıdır.
5. Power supply, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.


Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK

Ertuğrul KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

GÖRÜNTÜ KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PHILIPS marka EPIQ 7G model EKO cihazına uygun olmalıdır.
2. Görüntü kartı normal standardını bozmayacak. Görüntü kartı takıldığında standart işlevini yerine getirebilecektir.
3. Görüntü kartı için, firma bilgileri ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
4. Görüntü kartı, belirtilen şartlara uymadığı takdirde geri iade edilebilecektir.
5. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.


Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK


Ekip KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu