

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.04.2026

Sayı: 303
Konu: 5 ADET CAM KAPAKLI DİKEY SOĞUTUCU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.04.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SOĞUTUCU,DİKEY TİP SOĞUTUCU DOLAP			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

CAM KAPAKLI DİKEY SOĞUTUCU ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen cam kapaklı dikey soğutucu alım işi alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve araştırma Hastanesi için istenmektedir.

2.2 Ürün özellikleri;

2.3. Cihaz dik tip, tek kapılı ve cam kapaklı olacaktır.

2.4. Kapak temperli camdan imal edilmiş olacak ve iç hacmin kolayca görülebilmesini sağlayacaktır.

2.5. Kapı contası sızdırmaz özellikte ve kolay değiştirilebilir olacaktır.

2.6. Net iç hacim minimum 300 litre olacaktır.

2.7. İçerisinde ayarlanabilir en az 3 adet tel raf bulunacaktır.

2.8. Raflar paslanmaz veya paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden imal edilecektir.

2.9. Cihaz +1°C ile +10°C arasında çalışabilir ve ayarlanabilir sıcaklık aralığına sahip olacaktır.

2.10. Soğutma sistemi statik veya fanlı (dinamik) tipte olacaktır.

2.11. Cihaz 220-240 V / 50 Hz şehir elektriği ile çalışacaktır. Enerji tüketimi düşük ve verimli kompresör sistemine sahip olacaktır.

2.12. Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır. CE belgeli ve ilgili standartlara uygun olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülserehan CALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mühür
Teknik Şartname Komisyonu