

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.04.2026

Sayı: 313  
Konu: DAMLA AYAR SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.04.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DAMLA AYAR SETİ			4000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SMT1046 DAMLA AYAR SETİ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır. 3. Damla ayar setinin enjeksiyon portlu veya portsuz çeşidi olmalıdır. 4. Damla ayar setinin uzunluğu en az 45cm olup, set yumuşak, kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	5. Damla ayar seti ile akış hızı $3(\pm 2)$ - $400(\pm 150)$ ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. 6. Damla ayar setinin hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır. 7. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır. 8. Damla ayar setinin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. 9. Damla ayar setinin serum hortumlarının bir ucu dişli luer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır. 10. Enjeksiyon portlu damla ayar setinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu olmalıdır. 11. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 12. Damla ayar seti kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Hayice Zengin  
42

Ağrı Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi  
Yaruz Y. 10.02.2011  
Enm Sorumlusu