

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.04.2026

Sayı: 314

Konu: DOĞUM SALONU BİRİMİ İÇİN 10 ADET EPİZYOTOMİ MAKASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.04.2026 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EPİZYOTOMİ MAKASI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EPİZYOTOMİ MAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-PASLANMAZ ÇELİKTE İMAL EDİLMELİDİR

2-MALZEMELERİN POLİSAJİ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR

3-OPERASYON SIRASINDA DOKULARINDA KESİLMESİNE OLANAK VEREN CERRAHİ MAKAS TAMAMEN PASLANMAZ VE KOROZYONA KARŞI DAYANILKI OLMALIDIR

4-CERRAHİ EPİZYOTOMİ MAKASLARI HER TÜRLÜ STERİLİZASYON ŞARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

5-WITH CE AND 150 09002 OLMALI VE 14.5 CM OLMALIDIR

6-MAKAS UÇLARI KÜNT OLMALIDIR VE KESİCİ KISIMLARI DIŞINDA KESKİN SINIRLARI BULUNMAMALIDIR

7-MAKAS ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMANIN ADI, KATALOG NO, İMAL EDİLDİĞİ ÜLKE,CE İŞARETİ VE PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNDE "STAINLESS"İBARESİ SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE LAZERLE YAZILMALIDIR

8-2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR

9-EPİZYOTOMİ MAKASINDAN 2 ADET TEKLİ OLARAK ALINMALIDIR

10-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNİN 3. MADDESİNİN (O) BENDİ UYARINCA; TIBBİ CİHAZ :İNSANDA KULLANILDIKLARINDA ASLİ FONKSİYONUNU FARMAKOLOJİK ,İMMÜNOLOJİK VEYA METABOLİK ETKİLER İLE SAĞLANAMAYAN FAKAT FONKSİYONUNU YERİNE GETİRİRKEN BU ETKİLER TARAFINDAN DESTEKLENEBİLEN VE İNSAN ÜZERİNDE ;HASTALIĞIN TANISI,ÖNLENMESİ,İZLENMESİ,TEDAVİSİ HAFİFLETİLMESİ VEYA MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ ANATOMİK VEYA FİZYOLOJİK BİR İŞLEVIN ARAŞTIRILMASI,DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİRŞEY KONULMASI DOĞUM KONTROLÜ AMACIYLA KONULMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ,TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE CİHAZIN AMAÇLANAN İŞLEVİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN YAZILIMLAR DA DAHİL,HER TÜRLÜ ARAÇ,ALET,TECHİZAT,YAZILIM,AKSESUAR VEYA DİĞER MALZEMELERİ, TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİNİN "TIBBİ CİHAZ SATIŞ,REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ"KAPSAMINDA "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİNİN İBRAZİ ZORUNLUDUR."

11-TEKLİF EDİLECEK TIBBİ CİHAZLARIN WWW.TITCK.SAGLIK.GOV.TR ADERSİNDE TITUBB/ÜTS'DE KAYITLI OLMASI VE KAYITLI ÜRÜNÜN ÜRÜN NO,SERİ VE LOT NO BİLGİLERİNİ İÇERMESİ ZORUNLUDUR

DOĞUM SALONU
SORUMLU EBE
YILDIZ

Selma İSMA
EBE