



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-311264207  
Konu : Teklife Davet

13.04.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **4000 ADET EKG ELEKTRODU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.04.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	<b>EFOR/STRESS EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)</b>	<b>ADET</b>	<b>4000</b>		

**GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):**

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**OLUR**  
**Op. Dr. Can ADIYAMAN**  
**Başhekim V.**

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR** **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 374859CD-17D3-42A6-B707-24ABD02B8FBE

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 05522148696 - 215



## EFOR ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yumuşak ve esnek olmalıdır.
- 2-Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı cildi tahriş etmemelidir.
- 3-Dış çitçiti paslanmaz çelik olmalıdır.
- 4-Elektrod ebatı en az 50-55 mm olmalıdır.
- 5-Orta kısmı sıvı jelli sünger şeklinde olmalıdır.
- 6-Elektrot polietilen köpük malzemeden imal edilmiş hipoallerjenik olmalıdır.
- 7-Elektrotlar hava temasını önleyecek özel paketlerde ve üzerinde son kullanma tarihi ve lot.no.'su bulunmalıdır elektrot üzerinde marka yazılı olmalıdır.
- 8-Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 9-Ürünler 50 veya 100'lü paketler halinde paketlenmiş olmalıdır.
- 10-Teklif edilen ürüne numune gönderilmeli ve kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir
- 11-Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Ect...  
D...  
T... No: 47670

Nurcan...  
T...  
T...

Mehmet Tuncel  
T...