



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-311261916
Konu : Teklife Davet

13.04.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **FARKLI EBATLARDA 2 KALEM ALÇILI SARGI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.04.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	NATUREL ALÇILI SARGI 10 CM X 2M	ADET	2000		
2	NATUREL ALÇILI SARGI 15CM X 2M	ADET	2000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Can ADIYAMAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: B136C2F3-C8E3-4FCB-8574-D5CBDF67BDC4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



ALÇI, ORTOPEDİK

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, alçı yöntemi ile tespiti gerektiren yaralanmalarda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün; a. Toz Alçılı Sargı En genişliği; 5 cm, 10 cm, 15 cm ve 20 cm Boy uzunluğu ise; 2 m ve 2.7 m
Teknik Özellikleri:	3. TOZ ALÇILI SARGI: a. Ürün, atel yapımına da uygun olmalıdır. b. Ürün uygulama esnasında parçalanma, dağılma yapmamalı ve saçaklanmamalıdır. c. Ürün suyu emen özellikte olmalı ve suyla temas ettiğinde ıslanmayan bölge kalmamalıdır. d. Alçı, sargı bez üzerine işlenmiş olmalı ve sargılar kuru olarak açıldığında toz halinde dökülmemelidir. e. Üründe kir, yağ lekesi, iplik kaçığı bulunmamalıdır. f. Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. 4. Ürün, hipoallerjenik olmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt nefes almalıdır. 5. Ürün, kullanım esnasında esnek olmalı, kolay ve düzgün uygulanabilmelidir. 6. Ürün donduktan sonra verilen şekli kaybetmemeli ve ekstremitte stabilizasyonunu korumaya devam etmelidir. 7. X ışınlarını geçirebilmelidir. 8. Ürün rulo halinde olmalı ve sarma işlemi bitmeden sargıdan ayrılmamalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürün, tekli ve sağlam ambalajda, su ve nem geçirmez özellikte paketlenmiş olmalıdır. 10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

TEZİNİN DENİR
No: 2017/1040
16.4.2018

Mehmet TUNC
Ertan

Abduselam POLAT
Abul