

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

16.04.2026

Sayı:

Konu: 2 Kalem Biyomedikal Demirbaş Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.04.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDİATRİK PARMAK STANDART TAŞINABİLİR		5	Adet		
2	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI		5	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1) TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temassız ve alından ölçme modu mevcut olmalıdır.
2. Kesin, tutarlı ve hassas ölçümler yapmalıdır.
3. Temassız olarak Non-invazif alından 2,5 cm'ye kadar ölçüm yapmalıdır.
4. 2 saniyede ölçüm yapmalıdır.
5. Yönlendirme sistemi & nişan alma ışığı olmalıdır.
6. Doğru ölçüm almayı sağlayan yakınlık sensörü ve doğru nokta saptama için pozisyonlandırma sistemi mevcut olmalıdır.
7. Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.
8. Sıvı kristal ekrana sahip olmalıdır. Ekran kolay okunabilen geniş LCD ekran olmalıdır.
9. Ölçüm aralığı 34 °C – 43 °C aralığında olup doğruluğu 0.2°C olmalıdır.
10. Çalışma sıcaklığı 15°C – 40 °C aralığında olmalıdır.
11. Karanlıkta ölçüm yapabilmek için arka ekran ışığı ve sessiz modu bulunmalıdır.
12. C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.
13. 4 adet AAA şarjlı pül ve koruyucu kapağı cihaz ile birlikte verilmelidir.
14. Cihaz komisyon tarafından kontrol edilip denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
15. Cihazlar en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
16. İdarenin isteği doğrultusunda numune istenebilecektir.

Handwritten signature in blue ink.

Çocuk Parmak Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Pulse oksimetre cihazı arter kanındaki oksijen satürasyonunu (Spo2) ve nabız ölçümü yapabilen non-invaziv bir dijital ölçüm cihazı olmalıdır.
2. Pulse oksimetre parmak tipi olmalı, her boy parmağa uymalı, başka ilave bir sensore ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmelidir.
3. Oksijen satürasyon aralığı: 70%-99% olmalıdır.
4. Nabız ölçüm aralığı: 30-240 bpm olmalıdır.
5. Spo2 ölçümü 70%-99% aralığında $\pm 2\%$ hassasiyete sahip olmalıdır.
6. Enerji sarfıyatı düşük olmalı, en az 50 saat ölçüm yapabilmelidir.
7. Anlık 1500-2000 adet ölçüm yapabilmelidir.
8. Ebatları 6,4x3,7x3,5 olmalıdır.
9. İki adet AAA batarya ile çalışabilmelidir.
10. Rahat okunabilen, geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
11. Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerektirmemelidir.
12. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı verilmelidir.
13. Cihaz sekiz (8) saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik kapanmalıdır.
14. Parmağın girdiği yuvada kullanılan kauçuk insan sağlığına zarar verebilecek zehirli maddeler içermemelidir.
15. Cihaz iki(2) yıl garantili olmalıdır.
16. Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
17. Ürünle ilgili yaşanan sorunlarda ve miyadı dolan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
18. Gerektiğinde numune istenecektir.
19. 2 – 10 yaş çocuklar için uygun olmalıdır.

Ölüm Kulu
Ölüm