



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-312422724
Konu : Teklife Davet

22.04.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 1 ADET ÜROFLOWMETRE CİHAZI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29.04.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

| S.N. | MALZEME/İŞ ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|------|---|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | ÜROFLOWMETRE CİHAZLARI, İDRAR AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CİHAZI | ADET | 1 | | |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Can ADIYAMAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 27EED170-90BD-47A8-9336-20987A153F87

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 05522148696 - 215



ÜROFLOWMETRE CİHAZI(SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Madde 1:** Sistem ölçümlerini uluslararası geçerliliğe sahip ağırlık prensibi ile yapmalıdır.
- Madde 2:** Sistem aşağıdaki parametreleri otomatik olarak hesaplamalı ve yazdırabilmelidir: a. Voiding time (işeme süresi) b. Flow time (akış süresi) c. Time topeakflow (maksimum akışa ulaşma süresi) d. Peakflowrate
- Madde3:** Sistem 0-100 ml/sn arasında akış hızı, 0-1500 ml arasında hacim ölçümünü ± 1 ml hassasiyetle yapabilmelidir.
- Madde 4:** Sistem hastane otomasyon sistemine bağlanabilmek için gerekli altyapıya sahip olmalıdır. Yazılımsal gereklilikler kapsamında ortaya çıkacak entegrasyon ücretleri ise yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Madde 5:** Sistem, hastane otomasyon sistemine bağlanabilmek için gerekli altyapıya sahip olmalıdır. Sistem, test sonucunu hastane otomasyon sistemine kayıt edebilmelidir. Geçmiş test sonuçlarına kağıt çıktı kullanılmadan, otomasyon sistemi üzerinden dijital olarak ulaşılabilir. Yazılımsal gereklilikler kapsamında ortaya çıkacak entegrasyon ücretleri ise yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Madde 6 :** Sistem herhangi bir operatör (hemşire/teknisyen) olmadan da çalışabilmelidir.
- Madde 7.** Sistem hastanın kimliğini ve üzerine tanımlanmış üroflowmetre testini hastane otomasyon sisteminden okuyabilmelidir.
- Madde8 :** Sistem hastane görevlisine ihtiyaç duymadan test sonucunu otomasyon sistemine kayıt edebilmeli ve yazdırabilmelidir. Sistem pisuvar formunda olmalı ve otomatik temizleme özelliğine sahip olmalıdır. Her çalışmadan sonra, teknisyen veya hemşireye gerek olmadan kendi kendini temizleyebilmelidir.
- Madde 9:** Sistem , cihaz ile aynı ağ üzerinde olan herhangi bir bilgisayar ile yönetilebilmelidir. Kullanıcı cihazın başına gitmeden gerekli ayarlamaları yapabilmelidir.
- Madde 10 :** Doktorlar test sonuçlarını cihaz ile aynı ağ üzerinde bulunan bilgisayar aracılığıyla, sistemin yanına gitmeye gerek kalmadan takip edebilmelidir.
- Madde 11 :** Sistem Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerinin bütün sürümlerinde çalışabilmelidir.
- Madde 12 :** Hastanenin gerekli internet bağlantısını sağlaması ve dışarıya uzak bağlantı için izin vermesi durumunda sistemin, olası arızaları teknik servis hizmeti (ölçüm parametrelerinin/yazılım uygulamasının kontrolü, temizlik sisteminin başlatılıp/durdurulması vb.) gerçek zamanlı sağlanabilmelidir.
- Madde 13:** Sistem ayrıca bir bilgisayara gerek duymadan da çalışabilmelidir. Dahili ekranından gerçek zamanlı işeme hacmi ve işeme hız grafiklerini gösterebilmelidir.
- Madde 14:** Sistem testin başladığını ve bittiğini otomatik olarak algılayabilmelidir. Gerek duyulduğunda testi otomatik başlatma/durdurma süreleri ayarlanabilmelidir.
- Madde 15:** Sistem arka arkaya ihtiyaç duyulan sayıda hasta alabilmeli, yeni bir test yapmak için hastane görevlisinin müdahalesini gerektirmemelidir.
- Madde16:** Sistem hastanın ayağının çarpması gibi ufak temaslardan etkilenmeyecek kararlılık ve doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.

Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Or. Dr. Mustafa Kemal Ünal BOYRAZ
Dip.No: 199790

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşe DURMUŞ
Biyomedikal Tekniker

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
T. Nedim Akdoğan