

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.04.2026

Sayı: 348

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 1 ADET YETİŞKİN BRONKOSKOPİ SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT BRONKOSKOPİ TELESKOBU YETİŞKİN			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

RİJİD BRONKOSKOPİ SETİ

YETİŞKİN BRONKOSKOP TÜPÜ 1 ADET

- Uzunluğu 400 mm olmalıdır.
- İç çapı 6.5 mm olmalıdır.
- Proksimal aydınlatmalı olmalıdır.
- Örnek alma kanalı (Sampling Channel) olmalıdır.
- Dereceli (Ölçülü) olmalıdır.
- Lateral Respirasyon bağlantı yeri olmalıdır.
- Ventilasyon bağlantı noktası olmalıdır.
- Atravmatik uçlu olmalıdır ve atravmatik uçlu olduğu orijinal katalog ile teyit edilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, Sampling Channel (Örnek Alma Kanalı) için Luer kilit sistemli tıpası verilmelidir. Beraberinde 1 (bir) adet prizmatik ışık yansıtıcısı giriş yeri tıpası verilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, lateral respirasyon giriş yeri için tıpası verilmelidir.
- Otoklavlanabilmelidir.

YETİŞKİN BRONKOSKOP TÜPÜ 1 ADET

- Uzunluğu 400 mm olmalıdır.
- İç çapı 7.5 mm olmalıdır.
- Proksimal aydınlatmalı olmalıdır.
- Örnek alma kanalı (Sampling Channel) olmalıdır.
- Dereceli (Ölçülü) olmalıdır.
- Lateral Respirasyon bağlantı yeri olmalıdır.
- Ventilasyon bağlantı noktası olmalıdır.
- Atravmatik uçlu olmalıdır ve atravmatik uçlu olduğu orijinal katalog ile teyit edilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, Sampling Channel (Örnek Alma Kanalı) için Luer kilit sistemli tıpası verilmelidir. Beraberinde 1 (bir) adet prizmatik ışık yansıtıcısı giriş yeri tıpası verilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, lateral respirasyon giriş yeri için tıpası verilmelidir.
- Otoklavlanabilmelidir.

YETİŞKİN BRONKOSKOP TÜPÜ 1 ADET

- Uzunluğu 430 mm olmalıdır.
- İç çapı 8.5 mm olmalıdır.
- Proximal aydınlatmalı olmalıdır.
- Örnek alma kanalı (Sampling Channel) olmalıdır.
- Dereceli (Ölçülü) olmalıdır.
- Lateral Respirasyon bağlantı yeri olmalıdır.
- Ventilasyon bağlantı noktası olmalıdır.
- Atravmatik uçlu olmalıdır ve atravmatik uçlu olduğu orijinal katalog ile teyit edilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, Sampling Channel (Örnek Alma Kanalı) için Luer kilit sistemli tıpası verilmelidir. Beraberinde 1 (bir) adet prizmatik ışık yansıtıcısı giriş yeri tıpası verilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, lateral respirasyon giriş yeri için tıpası verilmelidir. • Otoklavlanabilmelidir.

YETİŞKİN BRONKOSKOP TÜPÜ 1 ADET

- Uzunluğu 430 mm olmalıdır.

Handwritten signature in blue ink.

Betül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

- İç çapı 9.5 mm olmalıdır.
- Proksimal aydınlatmalı olmalıdır.
- Örnek alma kanalı (Sampling Channel) olmalıdır.
- Dereceli (Ölçülü) olmalıdır.
- Lateral Respirasyon bağlantı yeri olmalıdır.
- Ventilasyon bağlantı noktası olmalıdır.
- Atravmatik uçlu olmalıdır ve atravmatik uçlu olduğu orijinal katalog ile teyit edilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, Sampling Channel (Örnek Alma Kanalı) için Luer kilit sistemli tıpası verilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet prizmatik ışık yansıtıcısı giriş yeri tıpası verilmelidir.
- Beraberinde 1 (bir) adet, lateral respirasyon giriş yeri için tıpası verilmelidir.

UNIVERSAL KAPAK 1 ADET

- Kızaklı olmalıdır.
- Contalı Teleskop Guide, cam pencere ve düz girişli olmak üzere 3 (üç) ayrı girişli olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

TELESKOP LASTİK CONTASI 1 ADET

- Teklif edilen Yetişkin tip Teleskop Guide ile birlikte kullanılmalıdır ve 10 (on) adetli paket halinde olmalıdır. 5.5 mm lik Teleskoplar için olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

CAM KAPAK 1 ADET

- Teklif edilen bronkoskop tüpleriyle uyumlu olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

JET-VENTİLASYON ADAPTÖRÜ 1 ADET

- Teklif edilen bronkoskop tüpleri ile uyumlu olmalıdır.
- Bronkoskop tüplerinin Ventilasyon cihazlarına bağlanabilmelerini sağlamalıdır.
- Luer adaptörlü olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

PRİZMATİK IŞIK TAŞIYICI 1 ADET

- Teklif edilen bronkoskop tüpleri ile uyumlu olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

BRONKOSKOP TELESKOP 0° 1 ADET

- Çalışma uzunluğu 490 mm olmalıdır.
- Düz ileri görüşlü ve 0° olmalıdır.
- Çapı 5.5 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

OPTİK FORSEPSİ 1 ADET

- Teklif edilen 5.5 mm' lik 0/30 derece Teleskop ile birlikte kullanılabilirdir.
- Yakalama forsepsisi olmalıdır.

Handwritten signature

Betül SARIK
Biyomedikal

- Optik girişli olmalıdır. Bronkoskop Teleskopu, forcepsin içerisinden geçip sabitlenerek kilitlenebilmelidir.
- Yumuşak yabancı cisimler için kullanılabilirdir.
- Otoklavlanabilirdir.
- Optikal forcepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.

OPTİK FORSEPSİ 1 ADET

- Teklif edilen 5.5 mm lik 0/30 derece Teleskop ile birlikte kullanılabilirdir.
- Universal forceps olmalıdır.
- Optik girişli olmalıdır.
- Bronkoskop Teleskopu, forcepsin içerisinden geçip sabitlenerek kilitlenebilmelidir.
- Çeneleri dişli olmalıdır.
- Otoklavlanabilirdir.
- Optikal forcepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.

OPTİK FORSEPSİ 1 ADET

- Teklif edilen 5.5 mm lik 0/30 derece Teleskop ile birlikte kullanılabilirdir.
- Universal forceps olmalıdır.
- Optik girişli olmalıdır. Bronkoskop Teleskopu, forcepsin içerisinden geçip sabitlenerek kilitlenebilmelidir.
- Çeneleri dişli olmalıdır.
- Otoklavlanabilirdir.
- Optikal forcepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.

OPTİK FORSEPSİ 1 ADET

- Teklif edilen 5.5 mm' lik 0/30 derece Teleskop ile birlikte kullanılabilirdir.
- Yakalama forcepsi olmalıdır.
- Optik girişli olmalıdır.
- Bronkoskop Teleskopu, forcepsin içerisinden geçip sabitlenerek kilitlenebilmelidir.
- Yumuşak yabancı cisimler için kullanılabilirdir.
- Otoklavlanabilirdir.
- Optikal forcepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.

UNIVERSAL FORSEPSİ 1 ADET

- Uzunluğu 450 mm olmalıdır.
- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Otoklavlanabilirdir.
- Optikal forcepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.

EMME TÜPÜ 1 ADET

- Uzunluğu 500 mm olmalıdır.
- Metal olmalıdır.
- Çapı 4.0 mm olmalıdır.

Ayfer Göc
[Signature]

Detül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendis

- Otoklavlanabilmelidir.

SÜNGER TUTUCU 1 ADET

- Uzunluğu 500 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

KOTON APLİKATÖR 1 ADET

- Uzunluğu 500 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

MANYETİK EKSTRAKTÖR 1 ADET

- Çalışma uzunluğu 510 mm olmalıdır.
- Mıknatıs özellikli olmalıdır, metal yabancı cisimlerin çıkarılması için kullanılmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

TİRBUŞON EKSTRAKTÖR 1 ADET

- Teklif edilen bronkoskop tüpleri ile uyumlu olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU 1 ADET

- Çapı 3.5 mm olmalıdır.
- Uzunluğu 230 cm olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.

YABANCI CİSİM BASKETİ 1 ADET

- Teklif edilen yabancı cisim basketi kabzalı ve en az 50 cm uzunluğunda olmalıdır.
- Rijit bronkoskopi işlemlerinde yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla kullanılabilir.
- Yeniden kullanıma uygun olmalı ve otoklav ile steril edilebilir.

MONOPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU 1 ADET

- HF Uniti için 4 mm fişli ve uzunluğu 300 cm olmalıdır.
- Unipolar koagülasyon için kullanılmalıdır.

A. F. E. Göz
[Signature]

[Signature]
Betül SARIŞI
Biyomedikal Yıkama Birim Sorumlusu