

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.04.2026

Sayı: **353**

Konu: NİTRİL KEMOTERAPİ ELDİVENİ (NO:7 VE NO:8) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NİTRİL PUDRASIZ KEMOTERAPİ ELDİVENİ NO: 7			4000	Adet		
2	NİTRİL PUDRASIZ KEMOTERAPİ ELDİVENİ NO: 8			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KEMOTERAPİ NİTRİL ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TANIM VE KAPSAM

Bu teknik şartname, hastanemiz kemoterapi ünitesinde sitotoksik (antineoplastik) ilaçların hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde kullanılmak üzere temin edilecek nitril eldivenlere ait teknik kriterleri kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1. Eldivenler nitril esaslı, pudrasız ve tek kullanımlık olacaktır.
- 2.2. Ürünler lateks içermeyecek olup alerjik reaksiyon riskini en aza indirecek özellikte olacaktır.
- 2.3. Eldivenler sağ ve sol ele uyumlu (ambidextrous) olacaktır.
- 2.4. Eldiven yüzeyi, kullanım sırasında kavrama kolaylığı sağlayacak şekilde parmak uçlarında pütürlü olacaktır.

3. KULLANIM AMACI

- 3.1. Eldivenler kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama süreçlerinde kullanıma uygun olacaktır.
- 3.2. Ürünler sitotoksik ilaçlarla çalışmaya uygun nitelikte olacaktır.

4. FİZİKSEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- 4.1. Eldivenler, sitotoksik ilaçlara karşı kullanımda yeterli bariyer koruma sağlayacak şekilde, standart muayene eldivenlerine göre daha dayanıklı ve artırılmış kalınlıkta olacaktır.
- 4.2. Eldivenler kullanım sırasında kolay yırtılmayacak ve delinmeye karşı dayanıklı olacaktır.
- 4.3. Eldivenler bilek kısmını kavrayacak ve kullanım sırasında kayma yapmayacaktır.
- 4.4. Eldiven uzunluğu en az 240 mm olacaktır.

5. STANDART VE BELGELENDİRME

- 5.1. Ürünlerin, kemoterapi ilaçlarına karşı dayanıklılığına ilişkin üretici firma beyanı ve/veya ürün teknik dokümanları (katalog, teknik veri sayfası vb.) teklif kapsamında sunulacaktır.
- 5.2. Ürünlerin ASTM D6978 veya eşdeğer uluslararası standartlara uygunluğu tercih sebebidir.
- 5.3. Ürünler CE belgeli olacaktır.
- 5.4. Ürünler ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olacaktır.

Orhan BENLİ
Aran

Niyaz İNCE
Niyaz

6. BEDEN ÖZELLİKLERİ

- 6.1. Eldivenler Medium (M) ve Large (L) beden olacaktır.
- 6.2. Tüm bedenler aynı marka ve model olacaktır.
- 6.3. İdare, sipariş aşamasında M ve L beden dağılımını belirleme hakkına sahiptir.

7. KALİTE KRİTERLERİ

- 7.1. Eldivenlerin AQL (Acceptable Quality Level) değeri en fazla 1,5 olacaktır.
- 7.2. Eldivenler kopma, yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olacaktır.

8. AMBALAJ VE ETİKETLEME

- 8.1. Eldivenler kutu içerisinde sunulacaktır.
- 8.2. Her kutuda 100 adet eldiven bulunacaktır.
- 8.3. Ürün ambalajı üzerinde; ürün adı, beden bilgisi, üretici firma, üretim ve son kullanma tarihi ile lot numarası yer alacaktır.

9. NUMUNE VE DEĞERLENDİRME

- 9.1. İstekliler, teklif ettikleri ürüne ait en az 1 kutu numuneyi idareye sunacaktır.
- 9.2. Numuneler teknik şartnameye uygunluk açısından değerlendirilecek olup uygun bulunmayan ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10. DİĞER HÜKÜMLER

- 10.1. İdare gerekli gördüğü durumlarda ek numune talep edebilir.

Orhan BENGİ
A...

Niyaz INCE
[Signature]