

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.05.2026

Sayı: 369

Konu: ANJİYO BİRİMİ İÇİN 15 ADET DESTEK KATETERİ UZATMASI 6F ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2026 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORONER KILAVUZ (GUIDEWIRE) DESTEK KATETERİ UZATMALI 6F			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DESTEK AMAÇLI KATETER UZATMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kılavuz kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin desteğini artırmak amacıyla geliştirilmiş, ana katetere eklenen mikro kateter sistemi şeklinde geliştirilmiş olmalıdır.
2. Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda olmalıdır.
3. Kateter uzatması 5.5F, 6F, 7F ve 8F içerisinde seçilebilmelidir.
4. Kateterin toplam çalışma uzunluğu 150cm; uzatma segmenti 25 ± 1 cm, geçiş segmenti ise 17 ± 1 cm olmalıdır.
5. Kateter ucunda ve uzatılabilir segment proksimalinde radyopak işaret olmalıdır.
6. Uzatma kılavuz iç lümenleri; 5.5F için minimum 0.051" , 6F için minimum 0.056" , 7F için minimum 0.062" , 8F için minimum 0.071" olmalıdır.
7. Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir.
8. Uzatma kılavuz kateterin tutamağı üzerinde kateter kalınlığı ile iç çap genişliği bilgileri kayıtlı olmalıdır.
9. İç lümeni pürüzsüz olmalıdır.
10. Numune teslim alınmadan önce değerlendirilecektir, uygun görülürse kabul edilecektir.

Ağ. Eğitim ve Arş. Hast.
Doç. Dr. M. GÜNARSLAN
Dip. Tes. No: 21668

Ağ. Eğitim ve Arş. Hastanesi
Uzm. Dr. M. Zuhur KÜSE
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 166679