

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.05.2026

Sayı: **372**

Konu: REZEKTOSKOPİ TELESKOBU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT REZEKTOSKOPİ TELESKOBU YETİŞKİN			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

30° TELESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 30 (otuz) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- İleri optik görüşlü olmalıdır.
- Çapı 4 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Fiberoptik ışık transmisyonu olmalıdır.
- Teklif edilen Teleskop, Panoramik geniş görüntü sağlayan Panowiev teknoloji ile üretilmiş olmalıdır ve bu husus orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
- Teklif edilen Teleskop, HD sistemlerle yüksek performans alınabilmesi için HD uyumlu üretilmiş olmalıdır ve üzerinde HD ibaresi yer almalıdır.
- Wolf marka ışık kaynağı ve kamera kafası ile birebir uyumlu olmalıdır.
- Orijinal olmalıdır.

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK