

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 438  
KONU : Teklife Davet

04/05/2026

**Teklif Mektubu Davet**

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06/05/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim..

**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16G	600	ADET		
2	HEMODİYALİZ İÇİN VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G	600	ADET		

**Dr. Yasin ÇOLAK**  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Tařınır Kodu	Malzeme Tanımı	Ölçü Birimi	TalepMiktar
150-03-03-210113964	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER FİSTÜL İĐNESİ 16G	ADET	600
150-03-03-210113969	HEMODİYALİZ İÇİN VEN FİSTÜL İĐNESİ 16G	ADET	600

**BAŐKAN**  
Mehmet İLBOĐA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**ÜYE**  
Engin YILDIZ  
TKY

**ÜYE**  
Zehra Nur KAYA  
Eczacı

**ÜYE**  
Seyithan ASKARA  
TKY

**ÜYE**  
Kader POLAT  
Tıbbi Sekreter


**OLUR**  
Dr. Yasin ÇOLAK  
Bařhekim  
04.05.2026

## SMT1737-FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Hastanın fistülüne yerleştirilerek hemodiyaliz işleminin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM malzeme tanımlama bilgileri:</b>	2. Fistül iğneleri ünitelerin isteği doğrultusunda 16G aralığında seçenekleri olmalıdır. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. 3. Her iki fistül iğnesinde de iğne boyları 2 - 3cm aralığında, fistül iğneleri tüp uzunluğu 15- 30cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır. 4. Arter fistül iğnesinde de dinamik kan akımını sağlamak ve iğnenin damar duvarına yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliği olmalıdır. 5. Arter iğnelerinin kırmızı, ven iğnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır. 6. Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. Kullanıcı tercihi doğrultusunda değişiklik gösterecektir.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	7. Arter ven iğneleri; pürüzsüz, apirojen, nontoksik ve atravmatik yapıda olmalıdır. 8. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek şekilde olmalıdır. 9. İğneler tüm arter – ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	10. Standart sterilizasyon yöntemi ETO, antialerjik sterilizasyon yöntemi ise BUHAR veya GAMA olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve yöntemi orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 11. Fistül iğneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

Engin YILDIZ

Taşınır Kayıt Yetkilisi



## TUTANAK

ARTER FİSTÜL İĞNESİ VE VEN FİSTÜL İĞNESİ adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesinde fiyat almamış olup. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için hemodiyaliz birimi adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 04/5/2026

Engin YILDIZ  
TKY

150-03-03-270016053	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G, RENAL - 16G - TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ VEN (FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G)	8699608770068	Onaylananlar	1000	1000	YOZGAT	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK SEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ
150-03-03-270016053	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G, RENAL - 16G - TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ VEN (FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G)	8699608770068	Onaylananlar	1000	1000	YOZGAT	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK SEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ
150-03-03-270016053	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G, RENAL - 16G - TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ VEN (FİSTÜL İĞNESİ, VEN, ETİLEN OKSİT, 16G)	8699608770068	Onaylananlar	1000	1000	YOZGAT	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK SEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ
150-03-03-270004089	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, GAMA/BUHAR, 17G	FİSTÜL İĞNESİ, VEN, GAMA/BUHAR, 17G, NİPRO - 1725 TC-308 GA - A.V. FİSTÜL İĞNESİ 1725 TC-308 GT (HEMODİYALİZ İÇİN VEN FİSTÜL İĞNESİ 17G)	5420040806250	Onaylananlar	1000	1000	MERSİN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
150-03-03-270016052	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G, RENAL - 16G - TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ ARTER (FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G-TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ ARTER(DMO-SM))	8699608770020	Onaylananlar	1000	1000	KÜTAHYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOĞ. DR.ISMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ
150-03-03-270016052	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G, RENAL - 16G - TEK KULLANIMLIK A.V.FİSTÜL İĞNE SETİ - 16 G DONER BAŞLIKLİ ARTER (FİSTÜL İĞNESİ, ARTER, ETİLEN OKSİT, 16G)	8699608770020	Onaylananlar	1000	1000	YOZGAT	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK SEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ

Engin YILDIZ  
Tıbbi Kayıt Birimlisi  
Diyadin Beylikdüzü Hastanesi