

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2026

Sayı: 383

Konu: ANJİO BİRİMİ İÇİN GUIDİNG KATETER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KILAVUZ(GUIDİNG) KATETER (KR1142)			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KORONER GUIDİNG KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6 F lik çap için en az 0.071 inch iç çapa sahip olmalıdır.
2. Kateter boyu en az 100 cm olmalıdır.
3. Ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve atravmatik yapıda olmalıdır.
4. Kateter 6F, 7F çapında ve judkins, amplatz, EBU , İM, AL,AR çeşitleri ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.
5. Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kırılma rezistansı yükseltilmiş, itilebilirliği artırılmış olmalıdır.
6. Kateter radyopak olmalıdır.
7. Kateterin iç yüzeyi sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde belirtilmelidir.
8. Kateterin torku 1/1 olmalıdır.
9. Kateterler ile koroner arterlere oturulmasında zorluk olmamalı, kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline dönmelidir. Bu özellikler kullanıcı tarafından test edilecektir.
10. Teklif edilen malzemedен 5(beş) adet numune teslim edilecek olup kullanıcı teknik özellikleri test edecektir
11. Tüm guidinlerin son kullanma tarihlerine teslim tarihi itibari ile en az 15 ay kalmış olmalıdır.
12. Teklif veren firma vermiş olduğu guidinglerin gerektiğinde istenilen çap ve boydaki guiding son kullanma tarihine 2 ay kalana kadar yazılı bildirmeyi takiben 72 saat içinde değiştirmeyi taahhüt eder.
13. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenildiği takdirde teklif veren firma en az 1 adet DEMO ürünü 72 saat içinde getirmekle yükümlüdür (DEMO ürün talebi kurum için zorunluluk değildir, kurum gerekli görürse talep edebilir/etmeyebilir. Bu konuda tüm karar verme yetkisi kurumdadır). Talep edildiği takdirde DEMO ürün değerlendirme sonucu en geç 72 saat içinde yazılı olarak taraflara bildirilir.

ANKA Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. M. Ramazan KÖSE
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 166679

ANKA Eğitim ve Araştırma Hast.
Dr. Şahin KURBANLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:211608