

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.05.2026

Sayı: 391
Konu: İLAÇ SAKLAMA DOLABI MOTOR FANI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2026 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAN SAKLAMA DOLABI FAN MOTORU(KAN SAKLAMA DOLABI KONDANSER EMİŞ FANI)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İLAC SAKLAMA DOLABI MOTOR FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ARCRİKO marka ilaç saklama dolabı cihazına uygun olmalıdır.
2. Motor fanı, ilaç saklama dolabının normal standardını bozmayacak. Fan takıldığında standart hızına ulaşabilmelidir.
3. Orijinal kutusunda ve Orijinal olmalıdır.
4. Teklif veren firma teklifle birlikte üretici yada distribütör firmanın yetki belgesini sunmalıdır.
5. Yeni alınacak olan motor fanı işlev kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
6. Motor fanı 6 ay süre ile garantili olacaktır.
7. Cihazın motor fanı orijinal olacaktır.
8. Cihazın motor fanı cihazı montajı yapılacak ve kalibrasyon yapılacaktır.
9. Yeni alınacak olan motor fanı için firma cihaza montaj sonrası aynı arızaya karşı garanti verecek.
10. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK

Betül GARSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi