

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

11.05.2026

Sayı : 40
Konu : KAPAKLI KÜVET MALZEME ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2026 saat: 10:00 'akadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAPAKLI KÜVET(ENZİMATİK KUTUSU)			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KÜVET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küvet AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Küvet tepsileri 134°C ısıya ve yıkama dezenfektörlerinde kullanılan asidik ve bazik solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.
3. Küvetin ebatları (BxExD) 38x28x14 cm (± 1cm) olmalıdır.
4. Küvet kapaklı olmalıdır.
5. Küvete isim veya numara yazabilmek için küvetin üzerinde 3 cm (±1cm) çıkıntı olmalı ve çıkıntılar küt olup kullanıcı veya aletlere zarar vermemelidir.
6. Küvetin ağırlığı en az 250 gr olmalıdır.
7. Üretici firma teklif vereceği ürün için TSE veya ISO belgesine sahip olmalı, belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
8. Küvet 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
9. Numune getirilmelidir..

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
İğri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Yusuf Ziya ARSLAN
Sterilizasyon personeli

Koray Tebiş
sterilizasyon personeli