

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

18.05.2026

Sayı : 43
Konu : 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **22.05.2026** saat: **11:00** 'akadar **agriagizdis@gmail.com** adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL ŞEFFAF KAMA TÜM BOYLAR			1	Adet		
2	KRON PASLANMAZ ÇELİK (SÜT DİŞİ)			2	SET		
3	ORTODONTİK FOTOĞRAF AYNASI			10	Adet		
4	MATRİKS BANDI, OTOMATİK MATRİKS TABANCASI İÇİN			2	SET		
5	DÖNER KANAL EĞESİ (NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ)			400	Kutu		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DÖNER KANAL EĞESİ(MUHTELİF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döner tip, anguldurvaya takılabilen,Nİ-Tİ,
2. Ukesitli ISO tip
3. 0,04 taper açılı,
4. 15-40 no asorti veya sorti istenirse gönderilecektir.
5. Kanal Eğesi komisyon tarafından belirlenen numaralarda talep edilecektir.
6. Numune değerlendirilecektir.
7. Teklif edilen ürünler T.C.Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olacaktır

Dış Hekimi
Dr. T. ERKÜŞ
Dip. No: 66456

Dış Hekimi
Dr. B. BİÇAK
Dip. No: 601615027

Dış Hekimi
Dr. C. DEMİR
Ağız ve Diş Sağ. Merz.
Dip. No: 47726

Dış Hekimi
Dr. C. DEMİR
Ağız ve Diş Sağ. Merz.
Dip. No: 61695

RODYUM KAPLAMALI MUAYENE AYNASI

Teknik Şartname

1. Alımı yapılacak ağız içi muayene aynaları diş hekimliği kliniklerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Aynalar rodajı düzgün yapılmış, yüksek görüntü kalitesi sağlayan rodium (rhodium) kaplamalı yüzeye sahip olacaktır.
3. Ayna yüzeyi yüksek yansıtıcılıkta olacak; görüntüde distorsiyon, kararma veya bulanıklık oluşturmayacaktır.
4. Ürün buğu oluşumunu minimize edecek özellikte olacaktır.
5. Ayna yüzeyi çizilmeye, kimyasal dezenfektanlara ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
6. Aynalar standart diş hekimliği ayna sapları ile uyumlu vidalı bağlantı sistemine sahip olacaktır.
7. Ürün No:4 veya idarenin talep ettiği diğer numara seçeneklerinde temin edilebilir olacaktır.
8. Ayna kenarları düzgün işlenmiş olacak; kullanım sırasında yumuşak dokulara travma oluşturmayacaktır.
9. Ürün paslanmaz çelik gövde yapısına sahip olacaktır.
10. Ayna yüzeyi sterilizasyon işlemlerine dayanıklı olacak; otoklav sterilizasyonunda deformasyon, kararma veya kaplama kaybı göstermeyecektir.
11. Tekrar kullanıma uygun ürünlerde minimum 134°C otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olacaktır.
12. Ürün ergonomik kullanım sağlayacak hafif yapıda olacaktır.
13. Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olacaktır.
14. Ürünler CE belgeli olacak ve ilgili tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olacaktır.
15. Teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacak; ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgileri bulunacaktır.
16. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır (tek kullanımlık ürünlerde).
17. Yüklenici firma gerekli görüldüğünde numune sağlayacaktır.
18. Kullanım sırasında üretim hatası tespit edilen ürünler firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Dt. Tuğba ERKUŞ
Dip. Tes. No: 56456

Dt. Karen ÇELİK
Dip. Tes. No: 56449

Dt. Hekim
Fırat DEMİR
Dip. Tes. No: 61695
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

DİŞ HEKİMİ
Dt. Fırat BİÇER
Dip. No: 2011

PASLANMAZ ÇELİK KRON (PÇK)

Teknik Şartname

1. Alımı yapılacak paslanmaz çelik kronlar, pedodonti kliniklerinde süt molar dişlerin restorasyonunda kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Ürünler, alt ve üst çene süt molar dişlerine uygun anatomik formda, hazır şekillendirilmiş (prefomed) yapıda olacaktır.
3. Kronlar yüksek kalite paslanmaz çelik alaşımından üretilmiş olacak; kırılma, çatlama, deformasyon ve aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır.
4. Ürünlerin servikal kenarları dişe kolay adaptasyon sağlayacak şekilde inceltilmiş ve konturlanabilir özellikte olacaktır.
5. Kronların iç ve dış yüzeyleri düzgün, pürüzsüz ve polisajlı yapıda olacaktır.
6. Ürünler biyouyumlu olacak, ağız dokularında irritasyon oluşturmayacaktır.
7. Her kron üzerinde ölçü/numara bilgisi bulunacaktır.
8. Kronlar farklı ebat seçeneklerinde olacak ve idarenin talep ettiği tüm boyutlar firma tarafından karşılanacaktır.
9. Ürünler steril veya steril edilebilir özellikte olacak; otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olacaktır.
10. Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olacaktır.
11. Ürünler CE belgeli olacak ve ilgili tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olacaktır.
12. Yüklenici firma, gerekli görüldüğünde değerlendirme amacıyla numune sağlayacaktır.
13. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır.
14. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilecek olup; ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilecektir.
15. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu tespit edilen ürünler firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
16. İdare gerekli gördüğü takdirde teknik uygunluk açısından demonstrasyon talep edebilecektir.

Diş Hekimi
Dt. Tuğba ERKUŞ
Dip. Tes. No: 56448

Diş Hekimi
Dt. Kerem ÇELİK
Dip. Tes. No: 56448

Diş Hekimi
Fırat DEMİR
Dip. Tes. No: 61695
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dt. Rahmet BİÇAK
Dip. No.: 2016150027

PLASTİK KAMA

Teknik Şartname

1. Alımı yapılacak plastik kamalar diş hekimliği restoratif işlemlerinde matriks sistemleri ile birlikte kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Ürün interdental adaptasyonu sağlamak, matriks bandının servikal uyumunu artırmak ve taşkın restorasyon oluşumunu önlemek amacıyla kullanılabilir özellikte olacaktır.
3. Kamalar biyouyumlu medikal sınıf plastik materyalden üretilmiş olacaktır.
4. Ürün esnek yapıda olacak, kırılmadan interdental bölgeye adapte olabilecektir.
5. Kama yüzeyi diş ve gingival dokulara zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz olacaktır.
6. Kamalar anatomik yapıda olacak ve interdental bölgede stabil kalabilecek tasarıma sahip olacaktır.
7. Ürün farklı boy seçeneklerinde olacaktır. Küçük, orta ve büyük boylar farklı renklerle ayırt edilebilir olacaktır.
8. Kamalar yeterli sıkıştırma sağlayarak dişler arasında hafif separasyon oluşturabilecektir.
9. Ürün nemli ortamda yapısal bütünlüğünü koruyacaktır.
10. Kullanım sırasında çatlama, parçalanma veya deformasyon göstermeyecektir.
11. Ürün tek kullanımlık olacaktır.
12. Ambalajı kullanım sırasında kolay erişim sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
13. Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olacaktır.
14. Ürünler CE belgeli olacak ve ilgili tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olacaktır.
15. Teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacak; ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi açıkça belirtilecektir.
16. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır.
17. Yüklenici firma gerekli görüldüğünde değerlendirme amacıyla numune sağlayacaktır.
18. Kullanım sırasında üretim kaynaklı hata tespit edilen ürünler firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Diş Hekimi
Dt. Tuğba ERKÜŞ
Dip. No: 2012150027

Diş Hekimi
Dt. Kerem GÜLLER
Dip. Tes. No: 56448

Diş Hekimi
Feyzi DEMİR
Dip. Tes. No. 61695
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dt. Korhan DİÇAK
Dip. No: 2012150027

AUTOMATRIKS SİSTEMİ

Teknik Şartname

1. Alımı yapılacak automatriks sistemi, posterior diş restorasyonlarında kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Sistem; matriks bandı, germe mekanizması ve sıkıştırma aparatından oluşacaktır.
3. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiş olacak; deformasyona, kırılmaya, elastikiyet kaybına ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
4. Matriks bantları anatomik formda olacak ve molar/premolar dişlere uyum sağlayacaktır.
5. Matriks bant kalınlığı minimum 0,035 mm – maksimum 0,050 mm aralığında olacaktır.
6. Bant yüzeyi pürüzsüz olacak; restorasyon materyalinin banda yapışmasını minimize edecek özellikte olacaktır.
7. Sistem Tofflemire retainer gerektirmeden kullanılabilir özellikte olacaktır.
8. Germe mekanizması restorasyon sırasında bandın gevşemesini önleyecek yapıda olacaktır.
9. Sistem, sıkı proksimal kontakt noktası oluşturulmasına uygun olacaktır.
10. Matriks bantları kolay yerleştirilebilir ve işlem sonunda dişe veya restorasyona zarar vermeden çıkarılabilir olacaktır.
11. Ürün farklı çap ve boy seçeneklerine sahip olacak; küçük, orta ve geniş diş anatomilerine uyum sağlayacaktır.
12. Sistem tek kullanımlık veya çok kullanımlık seçeneklerde teklif edilebilecektir. Çok kullanımlık ürünler otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olacaktır.
13. Ürün ergonomik yapıda olacak ve klinik kullanım sırasında hekim konforunu artıracaktır.
14. Ürün kenarlarında keskin çıkıntılar bulunmayacak, gingival dokulara travma oluşturmayacaktır.
15. Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olacaktır.
16. Ürünler CE belgeli olacak ve ilgili tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olacaktır.
17. Teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacak; ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi açıkça belirtilecektir.
18. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır.
19. Yüklenici firma gerekli görüldüğünde değerlendirme amacıyla numune sağlayacaktır.
20. Kullanım sırasında üretim kaynaklı hata tespit edilen ürünler firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Diş Hekimi
Dt. Tuğba ERKÜŞ
Dip. No: 66156

Diş Hekimi
Dt. İbrahim ÇELİK
Dip. No: 56449

Diş Hekimi
Fırat DEMİR
Dip. No: 61695
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dt. Rojhat MÇAK
Dip. No: 2016150027