

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2026-51

03.06.2026

KONU : Bebek Bakım Masası Alımı Hk.

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal-Hizmet Alım işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 10.06.2026 tarih saat 10:00'a kadar [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI                    | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|--|-------|--------|--------------|--------------|
| 1    | Duvara Monte Katlanabilir Bebek Bakım Masası | Adet  | 4      |              |              |

Firma imza-kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ**

Evrak Tarihi: 01.06.2026

**DUVARA MONTE KATLANABİLİR BEBEK BAKIM MASASI MALZEME ALIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

### 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimliği ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan, poliklinik, acil servis, emzirme odaları ve genel kullanım alanlarındaki tuvaletlerde bebeklerin altlarının güvenli, hijyenik ve konforlu bir şekilde değiştirilmesi amacıyla satın alınacak "Duvara Monte Katlanabilir Bebek Bakım Masası" ürününün teknik özelliklerini, standartlarını, montaj, muayene ve kabul esaslarını kapsar.

### 2. GENEL GEREKSİNİMLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. Satın alınacak bebek bakım masası duvara monte edilebilir yapıda ve yatay tip katlanabilir (amortisörlü açılır-kapanır) mekanizmaya sahip olmalıdır.
2. Ürün, hastane sirkülasyonuna ve yoğun kullanıma uygun, darbelere, kırılmalara ve aşınmaya karşı yüksek mukavemet gösteren Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) malzemeden enjeksiyon kalıplama teknolojisi ile yekpare veya entegre parçalar halinde üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün dış gövde tasarımı oval hatlara sahip olmalı; bebeklerin ve kullanıcıların yaralanmasına sebebiyet verebilecek keskin köşe, kenar, çapak veya pürüz barındırmamalıdır.
4. Ürünün katlanmış vaziyetteki derinliği (duvardan dışarıya doğru çıkıntısı) dar alanlarda geçişi engellemek adına en fazla 110 mm ( $\pm 10$  mm) olmalıdır. Açık vaziyetteki kullanım derinliği ise en az 500 mm, en fazla 560 mm olmalıdır.
5. Masanın net iç kullanım alanı (bebeğin yatırılacağı zemin), bebeğin sağa veya sola kaymasını engelleyecek şekilde içbükey (beşik formu) mimaride tasarlanmış olmalıdır.

### 3. TEKNİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

1. **Mekanizma ve Amortisör Sistemi:** Masanın açılıp kapanma hareketi gizli gazlı amortisör (piston) sistemi ile kontrol edilmelidir. Amortisör sistemi masanın aniden aşağı düşmesini engellemeli, kontrollü ve yavaş bir şekilde açılmasını sağlamalıdır. Aynı şekilde kapatılırken de kullanıcıya mukavemet göstermeksizin yumuşak bir kapanış hissi vermelidir. Yay veya menteşe mekanizmaları dışarıdan erişilemeyecek şekilde muhafazalı olmalı, parmak sıkışmalarına izin vermemelidir.
2. **Taşıma Kapasitesi:** Masanın statik yük taşıma kapasitesi en az 90 kg (doksan kilogram), güvenli dinamik çalışma yükü ise en az 20-25 kg olmalıdır. Yük bindiğinde masada esneme, çökme veya duvardan ayrılma eğilimi oluşmamalıdır.

3. **Emniyet Kemer:** Masanın iç kısmında, bebeğin güvenliğini sağlamak amacıyla ayarlanabilir, emniyet kilitli (tokalı) koruyucu kemer bulunmalıdır. Kemer malzemesi hastane dezenfektanlarına dayanıklı, sıvı ve leke emmeyen, kolay temizlenebilir poliüretan veya mukavemetli naylon/polyester şerit malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kemerin masaya bağlantı noktaları deformasyona karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
4. **Örtü Dispenseri (Bölmesi):** Masanın gövdesi üzerinde, tek kullanımlık kağıt alt açma örtülerinin konulabileceği en az 1 (bir) adet entegre dispenser/bölme yer almalıdır. Bu bölme nem ve toz girişine karşı korunaklı yapıda olmalıdır.
5. **Askı Aparatları:** Masanın iç veya yan kısmında, refakatçilerin bebek bakım çantalarını asabilmeleri amacıyla entegre askı kancaları/aparatları bulunmalıdır.

#### 4. HİJYEN VE ENFEKSİYON KONTROLÜ ÖZELLİKLERİ

1. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi standartları gereği, masanın üretiminde kullanılan polimer malzeme **\*\*antimikrobiyal / antibakteriyel\*\*** katkı maddeleri içermelidir. Bu özellik yüzey kaplaması şeklinde değil, malzemenin kendi hammaddesinde (özünde) bulunmalı, zamanla veya kimyasal temizlikle etkisini kaybetmemelidir.
2. Masa yüzeyi mantar, bakteri ve küf oluşumunu engelleyici nitelikte, gözeneksiz, pürüzsüz ve mat bitişli olmalı; idrar, dışkı, kan ve benzeri biyolojik sıvılara karşı leke tutmaz yapıda olmalıdır.
3. Ürün, hastanelerde kullanılan klor bazlı solüsyonlar, alkol türevleri, kuaterner amonyum bileşikleri ve tüm standart tıbbi yüzey dezenfektanları ile temizlenmeye uygun olmalı; bu kimyasallarla temas neticesinde renk değişimi, çatlama veya kuruma yapmamalıdır.

#### 5. KALİTE, STANDART VE SERTİFİKASYON

1. Teklif edilecek ürünün, çocuk kullanım ürünleri ve kamusal alan bebek bakım donanımları standartlarına uygunluğunu gösteren **\*\*EN 12221-1 / EN 12221-2\*\*** veya **\*\*ASTM F2285\*\*** (veya muadili uluslararası akredite kuruluş onaylı) kalite ve güvenlik sertifikası bulunmalı ve bu belgeler teklif dosyasında sunulmalıdır.
2. Ürünün CE belgesi/işareti bulunmalıdır.
3. Üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi bulunmalıdır.

#### 6. MONTAJ VE KURULUM ESASLARI

1. Yüklenici firma, ürünle birlikte orijinal montaj şablonunu, gerekli tüm çelik dübel, vida ve bağlantı aparatlarını eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.
2. Montaj aparatları paslanmaz veya korozyona dayanıklı kaplamalı malzemeden olmalıdır.
3. Masa montajı, hastanenin belirleyeceği alanlardaki duvar tiplerine (tuğla, beton, alçıpan vb.) uygun sabitleme elemanları seçilerek, engelli erişilebilirlik standartları (tercihen yerden zemin yüksekliği 75-85 cm aralığında olacak şekilde) gözetilerek idarenin yapı işleri veya teknik servis personeli gözetiminde/koordinasyonunda yapılacaktır. (Montajın yükleniciye ait olması durumunda bu madde: 'Tüm montaj işçiliği ve giderleri yükleniciye ait olup, anahtar teslim kurulacaktır' şeklinde revize edilir).

## 7. GARANTİ, BAKIM VE ONARIM

1. Teslim edilen ürünler, kabul tarihinden itibaren imalat, malzeme ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
2. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle ücreti mukabili yedek parça (amortisör, emniyet kemeri vb.) tedarik etmeyi ve servis hizmeti sunmayı taahhüt etmelidir.

## 8. MUAYENE VE KABUL ESASLARI

1. Hastaneye getirilen ürünler, idarece kurulacak "Muayene ve Kabul Komisyonu" tarafından fiziki kontrol, fonksiyon testi ve belge incelemesine tabi tutulacaktır.
2. Ürünlerin üzerinde kırık, çatlak, çizik, deformasyon veya eksik parça (vida, kemer vb.) tespit edilmesi halinde ürünler reddedilecek, yüklenici firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde kusursuz yeni ürünlerle değiştirecektir.
3. Teklif edilen ürünün teknik şartname maddelerine birebir uygunluğu, komisyon tarafından numune veya katalog/teknik föy üzerinden doğrulanacaktır.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "T. B. L." and a large initial "A".